ACCU-CHEK® Performa Nano

Roche

User's Manual
Blood Glucose Meter

Instrucciones de uso
Medidor de glucemia

Instruções de uso
Monitor de glicemia

使用者手冊
血糖機

ACCU-CHEK®

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
"Holding Area" text, box and rules do not print.

Roche USA –52493_07214103001
V4/1 – Black

Roche USA –52493_07214103001
V4/2 – Cyan

Roche USA –52493_07214103001
V4/3 – Magenta

Roche USA –52493_07214103001
V4/4 – Yellow

52493_07214103001_CVR.indb 2 6/19/14 9:46 AM

EN

Contents

Introduction 3

Chapter 1: Your New System 5

Chapter 2: Blood Glucose Tests..... 9

Chapter 3: Meter Memory, Setup, and Data Transfer..... 17

Chapter 4: Control Tests..... 27

Chapter 5: Maintenance and Troubleshooting 31

Chapter 6: Technical Information 37

Index 43

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
“Holding Area” text, box and rules do not print.

Roche USA –52493 - 07214103001
V2/1 – Black

Roche USA –52493 - 07214103001
V2/2 – PMS 287 CVC 30%

52493_07214103001_EN.indb 1 6/13/14 2:32 PM

52493_07214103001_EN.indb 2 6/13/14 2:32 PM

The Accu-Chek Performa Nano System

The Accu-Chek Performa Nano meter is designed to be used with the Accu-Chek Performa test strip to quantitatively measure glucose in fresh venous, arterial, neonatal, and capillary whole blood as an aid in monitoring the effectiveness of glucose control. Capillary whole blood for testing of blood glucose can be obtained from fingertip and approved alternative sites (for example, forearm). Refer to the Alternative Site Testing (AST) section of this manual for approved alternative sites and associated limitations. The Accu-Chek Performa Nano meter with the Accu-Chek Performa test strips provide a complete test system that is meant for in vitro diagnostic use by healthcare professionals in clinical settings and by people with diabetes at home. The system is not for use in diagnosis or screening of diabetes mellitus. Healthcare professional blood sample collection and preparation is described in the test strip package insert.

For use only with the Accu-Chek Performa test strips and control solutions

Suitable for self-testing

The system includes:

- **Accu-Chek Performa Nano meter with batteries and pre-inserted activation chip**
- **Accu-Chek Performa test strips***
- **Accu-Chek Performa control solutions***

*Some items may not be included in the kit. They are a separate purchase.

52493_07214103001_EN.indb 3 6/13/14 2:32 PM

⚠ WARNING

Any object coming into contact with human blood is a potential source of infection (see: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

Why Regular Blood Glucose Testing Is Important

Testing your blood glucose regularly can make a big difference in how you manage your diabetes every day. We have made it as simple as possible.

Important Information About Your New Meter

- The meter comes with a preset time and date. You may need to change the time to your time zone.
- If you follow the steps in this manual but still have symptoms that do not seem to match your test results, or if you have questions, talk to your healthcare professional.

52493_07214103001_EN.indb 4 6/13/14 2:32 PM

The Accu-Chek Performa Nano Meter

1. **Display**
   Shows results, messages, and test results stored in memory.
2. **Test Strip Slot**
   Insert test strip here.
3. **Activation Chip Slot**
   Activation chip is pre-inserted here.
4. **Battery Drawer**
5. **Power/Set Button**
   Turns meter on or off and sets options.
6. **Activation Chip**
7. **Right Arrow and Left Arrow Buttons**
   Press to enter memory, adjust settings, and scroll through test results.
8. **Infrared (IR) Window**
   Transfers data from meter to computer.

(for example)

9. Test Strip Container*

10. Insert this end into the meter.

11. Yellow Window
Touch blood drop or control solution here.

12. Control Solution Bottle*

13. Batteries

*Some items may not be included in the kit. They are a separate purchase.

Using the Accu-Chek Performa Nano System

- Use only Accu-Chek Performa test strips.
- Use the test strip immediately after removing it from the test strip container.
- Do not apply blood or control solution to the test strip before inserting it into the meter.
- Close the test strip container tightly immediately after removing a test strip to protect the test strips from humidity.
- Store the unused test strips in their original test strip container with the cap closed.
- Check the use by date on the test strip container. Do not use the test strips after that date.
- Store the test strip container and meter in a cool, dry place such as a bedroom.
- Refer to the test strip package insert for test strip storage and system operating conditions.

⚠ WARNING

Do not store test strips in high heat and moisture areas (bathroom or kitchen)! Heat and moisture can damage test strips.

NOTE

Your meter is already coded and comes with a pre-inserted **black** activation chip that you never need to change. Even if you use test strips from test strip boxes that contain another chip that is a different colour or has different code numbers, you never need to change the **black** activation chip again.

Button Functions

Here are the functions of the power/set button and arrow buttons on the meter. These functions are used throughout this manual. For more information on using these buttons during meter setup, see Chapter 3, Meter Memory, Setup, and Data Transfer.

Button	Function	Action
⏻ (power/set button)	Turn the meter on or off.	Press and release ⏻.
	Enter the set-up mode.	Turn the meter on. Press and **hold** ⏻ until **set-up** appears on the display.
	Set the chosen feature.	Press and release ⏻.
	Exit the set-up mode at any time.	Press and **hold** ⏻ until the flashing test strip symbol appears on the display.
	Check the display segments. or	Turn the meter off. Press and **hold** ⏻ to see the complete display. If one of the segments is missing or looks different from the picture, do not use the meter. Contact Roche.
◁ ▷ (right arrow and left arrow buttons)	Adjust settings for time and date, beeper, test reminders, and hypoglycaemic alert.	Press and release ◁ or ▷. Press and **hold** ◁ or ▷ to scroll faster.
	Enter memory.	Press and release ◁ or ▷.
	Mark a blood glucose result.	Press and release ▷.

52493_07214103001_EN.indb 8 6/13/14 2:32 PM

Performing a Blood Glucose Test with Blood from Your Fingertip

NOTE

Blood samples taken from the palm are equivalent to blood samples taken from the fingertip. To receive Alternative Site Testing (AST) instructions and an AST cap for obtaining blood from the palm, contact Roche.

⚠ WARNING

Blood glucose results can be displayed in either mg/dL or mmol/L. The back label of the meter shows the unit of measurement. If the meter shows the wrong unit, contact Roche. If you do not know which unit of measurement is correct for you, contact your healthcare professional. Using the wrong unit of measurement may cause misinterpretation of your actual blood glucose level and may lead to improper therapy.



52493_07214103001_EN.indb 9 6/13/14 2:32 PM

2 Blood Glucose Tests

Before you perform your first blood glucose test, set up the meter correctly. You need the meter with pre-inserted activation chip, a test strip, a lancing device, and a lancet.

1



Wash and dry your hands.

2

Prepare the lancing device.

3



Check the use by date on the test strip container.

Do not use test strips past the use by date.

4



Insert the test strip into the meter in the direction of the arrows.

The meter turns on and beeps.

5

When the blood drop symbol flashes, perform a fingerstick with the lancing device.

6



Gently squeeze your finger to assist the blood flow.

This helps you get a blood drop.

7



Touch the blood drop to the **front edge** of the yellow window of the test strip.

Do not put blood on top of the test strip.

The meter beeps and ⌛ flashes when there is enough blood in the test strip.

52493_07214103001_EN.indb 10 6/13/14 2:32 PM

8

or

The test result appears on the display.

To assign a marker to the test result, leave the test strip in the meter. See Chapter 2, Marking Blood Glucose Results and Setting the Post-Meal Test Reminder.

Otherwise, remove and discard the used test strip.

After a successful test, the meter turns itself off 5 seconds after the test strip is removed.

Performing a Blood Glucose Test with Blood from Your Palm, Forearm, or Upper Arm (Alternative Site Testing)

You have the option of obtaining a blood sample from other sites on your body besides the fingertip. Alternative sites include the palm, forearm, and upper arm.

Blood obtained from the fingertip and palm can be used at any time to perform a blood glucose test.

If blood from the forearm or upper arm is used, there are certain times when testing is not appropriate. This is because your blood glucose level changes faster in your fingertip and palm than in the forearm and upper arm. These differences may cause you to misinterpret your actual blood glucose level, leading to improper therapy and potential adverse health effects.

Read the next section before you try testing from the forearm or upper arm.

52493_07214103001_EN.indb 12 6/13/14 2:32 PM

You may perform a forearm or upper arm test	• immediately before a meal. • while fasting.
You may NOT perform a forearm or upper arm test	• up to 2 hours following a meal, when blood glucose values can rise quickly. • after injecting bolus insulin, when blood glucose values can decrease rapidly. • after exercise. • if you are sick. • if you think your blood glucose is low (hypoglycaemia). • if you sometimes do not notice when your blood glucose is low.

If you are interested in AST, talk to your healthcare professional first.
To obtain an AST cap and detailed AST instructions, contact Roche.

52493_07214103001_EN.indb 13 6/13/14 2:32 PM

Marking Blood Glucose Results and Setting the Post-Meal Test Reminder

You can mark a blood glucose result to indicate a special event. If you select a test result marker, it is automatically stored in memory. When you review the test results in memory, these markers can help you remember what was different about the test result.

Symbol	Function
	Pre-Meal Marker Marking blood glucose results with a pre-meal marker provides more information about your test results to help you and your healthcare professional in the management of your diabetes.
	Pre-Meal Marker with Post-Meal Test Reminder When a pre-meal result is marked with a post-meal test reminder, the meter beeps 1 or 2 hours after you test to remind you to do a post-meal test.
	Post-Meal Marker Marking blood glucose results with a post-meal marker provides more information about your test results to help you and your healthcare professional in the management of your diabetes. The post-meal marker automatically appears with the test result if a test is performed 15 minutes before or after the post-meal test reminder is programmed to beep. Set the post-meal test reminder time to 1 or 2 hours in the set-up mode. The meter will beep 1 or 2 hours after the pre-meal test to remind you to do a post-meal test.
*	**General Marker** You might want to use the general marker to mark an event such as an AST result or exercise.

52493_07214103001_EN.indb 14 6/13/14 2:32 PM

Here is how to mark a test result and initiate a post-meal test reminder:

1. Perform a blood glucose test. The blood glucose result appears on the display.
2. Leave the test strip in the meter. Press and release ⊳ to toggle through the test result markers and post-meal test reminder.
3. When the marker or test reminder that you wish to select appears on the display, remove the test strip from the meter.

Unusual Blood Glucose Results

If your blood glucose result does not match how you feel, check this list to help solve the problem.

Troubleshooting Checks	Action
1. Were the test strips expired?	Discard the test strips if they are past the use by date. Repeat the blood glucose test with an unexpired test strip.
2. Was the cap on the test strip container closed tightly?	Replace the test strips if you think the test strip container was uncapped for some time. Repeat the blood glucose test.
3. Was the test strip used immediately after it was removed from the test strip container?	Repeat the blood glucose test with a new test strip.
4. Were the test strips stored in a cool, dry place?	Repeat the blood glucose test with a properly stored test strip.
5. Did you follow the directions?	See Chapter 2, Blood Glucose Tests, and repeat the blood glucose test. Contact Roche if you still have problems.
6. Are the meter and test strips working properly?	Perform a control test. See Chapter 4, Performing a Control Test, for instructions.
7. Are you still unsure of the problem?	Contact Roche.

Symptoms of Low or High Blood Glucose

Being aware of the symptoms of low or high blood glucose can help you understand your test results and decide what to do if they seem unusual.

Low blood glucose (hypoglycaemia): Symptoms of hypoglycaemia may include, but are not limited to, anxiety, shakiness, sweating, headache, increased hunger, dizziness, pale skin colour, sudden change in mood or irritability, fatigue, difficulty concentrating, clumsiness, palpitations, and/or confusion.

High blood glucose (hyperglycaemia): Symptoms of hyperglycaemia may include, but are not limited to, increased thirst, frequent urination, blurred vision, drowsiness, and/or unexplained weight loss.

⚠ WARNING

If you are experiencing any of these symptoms, or other unusual symptoms, test your blood glucose from the fingertip or palm. If your blood glucose result is displayed as LO or HI, contact your healthcare professional immediately.

52493_07214103001_EN.indb 16 6/13/14 2:32 PM

Storing Blood Glucose and Control Results

The meter automatically stores up to 500 blood glucose results and up to 20 control results with the time and date of the test result and any test result marker which you can review at any time. Test results are stored from the newest to the oldest, so set the time and date correctly in the meter. Having the correct time and date setting helps ensure appropriate interpretation of stored blood glucose results by you and your healthcare team.

NOTE

- The memory is not lost when the batteries are replaced; however, confirm that the time and date are still correct. See Chapter 3, Setting the Time and Date.
- Once 500 blood glucose results are in memory, adding a new test result causes the oldest one to be deleted.
- If more than 500 blood glucose tests are performed within a 90-day period, only the most recent 500 test results are included in the 90-day average.
- Control results are stored in memory, but cannot be reviewed on the meter. To view stored control results, first transfer them to a compatible software application. Contact Roche for product availability.
- Control results are not included in the 7-, 14-, 30-, and 90-day averages.
- Only test results that have been assigned a pre-meal or post-meal marker are included in pre-meal and post-meal averages. All blood glucose results are included in the general 7-, 14-, 30-, and 90-day averages.

52493_07214103001_EN.indb 17 6/13/14 2:32 PM

Viewing Test Results in Memory

With the meter on or off, press and release ◁ or ▷ to enter memory. The most recent test result appears on the display.

Button	Function	Action
◁ (left arrow button)	Previous test results	Press ◁ to view previous test results from newest to oldest.
▷ (right arrow button)	General averages	Press ▷ to view 7-, 14-, 30-, and 90-day averages. n = number of test results in the average
▷ (right arrow button)	Pre-meal averages Post-meal averages	Continue to press ▷ to view 7-, 14-, 30-, and 90-day pre-meal and post-meal averages.

⚠ WARNING

Do not change your therapy based on an individual test result in memory. Talk to your healthcare professional before changing therapy based on test results in memory.

52493_07214103001_EN.indb 18 6/13/14 2:32 PM

Using the Set-Up Mode

The following features can be customised as required.

Symbol	Function	Action	Factory Pre-set
	Time and date	Set the time and date.	
	Beeper	Select **On** or **OFF**. Setting the beeper to **OFF** does not affect test results. The beeper must be **On** to use the test reminders feature.	On
	Post-meal test reminder	Select 1 hour or 2 hours. The meter will beep 1 or 2 hours after the pre-meal test to remind you to do a post-meal test.	2Hr
	Test reminders	Select **On** or **OFF**. You can set up to 4 test reminders per day.	A-1 8:00 am A-2 12:00 pm (noon) A-3 6:00 pm A-4 10:00 pm
	Hypoglycaemic alert	Select **On** or **OFF**. The hypoglycaemic alert can be set to a level between 50 and 90 mg/dL or 2.8 and 5.0 mmol/L to let you know when your blood glucose is possibly too low.	OFF

Setting the Time and Date

1

Press and release ⏻ (power/set button) to turn the meter on.
The flashing test strip symbol appears on the display.

2

Press and **hold** ⏻ until **set-up** appears on the display.
The hour flashes.

3

Press and release ◁ or ▷ to decrease or increase the hour.
Press and release ⏻ to set the hour.
The minutes flash.

4

Repeat step 3 to set minutes, am/pm, day, month, and year.
To set up more options, press and release ⏻.
To exit, press and **hold** ⏻ until the flashing test strip symbol appears on the display.

Setting the Beeper On or OFF

NOTE

The beeper prompts you:
- to apply blood or control solution to the test strip.
- when enough blood or control solution is drawn into the test strip.
- when the blood glucose or control test is complete.
- when a button is pressed.
- when it is time to perform a test (if you set the test reminders or post-meal test reminder).
- if an error occurred while performing a blood glucose or control test (even if the beeper is off, it still beeps for an error).

1

Press and release ◉ to turn the meter on.

The flashing test strip symbol appears on the display.

Press and **hold** ◉ until **set-up** appears on the display.

2

Press and release ◉ repeatedly until the flashing beeper symbol and **On** or **OFF** appear on the display.

3

Press and release ◁ or ▷ to switch between **On** and **OFF**.

To set up more options, press and release ◉.

To exit, press and **hold** ◉ until the flashing test strip symbol appears on the display.

Setting the Post-Meal Test Reminder

NOTE

The post-meal test reminder:
- beeps 1 or 2 hours after the blood glucose test to remind you to do a post-meal test.
- beeps every 2 minutes up to 3 times.
- turns off by inserting a test strip or pressing any button.
- If a test was performed within 15 minutes of a test reminder, the test reminder does not beep.
- If the meter is on at the test reminder time, the test reminder does not beep.
- Exposure to cold conditions may disable test reminders until the meter is turned on.

1

Press and release ⏻ to turn the meter on.
The flashing test strip symbol appears on the display.
Press and **hold** ⏻ until **set-up** appears on the display.

2



Press and release ⏻ repeatedly until **set-up** and the flashing **1Hr** or **2Hr** appear on the display.

3

Press and release ◁ or ▷ to select **1Hr** or **2Hr.**
Press and release ⏻ to set the option.
To set up more options, press and release ⏻.
To exit, press and **hold** ⏻ until the flashing test strip symbol appears on the display.

This display appears when a post-meal test reminder occurs.

Setting the Test Reminders

NOTE

Test reminders:

- beep at the same time each day.
- beep every 2 minutes up to 3 times.
- turn off by inserting a test strip or pressing any button.
- If a test was performed within 15 minutes of a test reminder, the test reminder does not beep.
- If the meter is on at the test reminder time, the test reminder does not beep.
- Exposure to cold conditions may disable test reminders until the meter is turned on.
- If a test reminder is off in set-up mode, any subsequent test reminders are also off. For example, if you set A-1 but turn off A-2, then A-3 and A-4 will automatically be off.

1

Press and release ⏻ to turn the meter on.

The flashing test strip symbol appears on the display.

Press and **hold** ⏻ until **set-up** appears on the display.

2



Press and release ⏻ repeatedly until the bell symbol, **OFF**, **set-up**, and the flashing **A-1** appear on the display.

3

Press and release ◁ or ▷ to switch between **On** and **OFF**.

Press and release ⏻ to set your choice.

If **On** is selected, the hour flashes.

4

Press and release ◁ or ▷ to adjust the hour.

Press and release ⏻ to set the hour.

The minutes flash.

5	6	7
Press and release ◁ or ▷ to select **00**, **15**, **30**, or **45**. These are the only choices. Press and release ◉ to set the minutes. The **am** or **pm** flashes.	Press and release ◁ or ▷ to switch between **am** and **pm**. Press and release ◉ to set **am** or **pm**. The bell symbol, **OFF**, and the flashing **A-2** appear on the display.	Either set the **A-2** test reminder or press and release ◉ to set up more options. To exit, press and **hold** ◉ until the flashing test strip symbol appears on the display.

52493_07214103001_EN.indb 24 6/13/14 2:32 PM

Setting the Hypoglycaemic Alert

⚠ WARNING

- This function is no substitute for hypoglycaemia training by your healthcare professional.
- **Consumer:** Before you set the hypoglycaemic alert, talk to your healthcare professional to help you decide what blood glucose level is your hypoglycaemic level.
- **Healthcare Professionals:** The hypoglycaemic level may vary from person to person. It is recommended to turn the hypoglycaemic alert **OFF** when using the meter in a professional setting.

1

Press and release ◉ to turn the meter on.

The flashing test strip symbol appears on the display.

Press and **hold** ◉ until **set-up** appears on the display.

2



Press and release ◉ repeatedly until **set-up**, **OFF**, and the flashing ⏲ appear on the display.

3



Press and release ◁ or ▷ to switch between **On** and **OFF**.

Press and release ◉ to set your choice.

If you select **On**, **set-up** appears and ⏲ flashes.

4

Press and release ◁ or ▷ to adjust the level.

Press and release ◉ to set the level.

To exit, press and **hold** ◉ until the flashing test strip symbol appears on the display.

The set-up mode is complete.

Transferring Results to a Computer

We offer a variety of software to help you transfer your results. For information on Accu-Chek software, contact Roche.

You can transfer your stored results to a computer to track, identify patterns, and print.

⚠ WARNING

Transferring data to a computer from meters used for multiple-patient testing is NOT recommended since individual patient results cannot be identified.

Transferring Data Directly to a Computer Using Specialised Software and an Infrared Cable

1. Install the software according to the instructions.
2. To transfer the results to a computer, connect the infrared cable according to the instructions.
3. Run the software program and follow the instructions for data transfer. Make sure the software is ready to accept data from the meter.
4. With the meter off, press and **hold** both ◁ and ▷ until 2 arrows on the display alternately flash.
5. Locate the infrared (IR) window on the top of the meter.
6. Locate the IR window on the infrared cable.
7. Place the meter on a flat surface. Point the 2 IR windows toward each other. They should be 3–10 cm apart.
8. Do not move the infrared cable or meter during the data transfer.
9. Follow the prompts on the software.
10. The software program may shut off the meter automatically when the data transfer is complete. Should this occur, follow the prompts on the computer screen.

NOTE

- If the data did not transfer successfully, try again. Contact Roche if you still have problems.
- To make the most of the transfer feature, make sure the meter is set to the correct time and date.

52493_07214103001_EN.indb 26 6/13/14 2:32 PM

When to Perform a Control Test

Performing a control test lets you know the meter and test strips are working properly. You should perform a control test when:

- you open a new test strip box.
- you left the test strip container open.
- you think the test strips are damaged.
- you want to check the meter and test strips.
- the test strips were stored in extreme temperatures, humidity, or both.
- you dropped the meter.
- your test result does not match how you feel.
- you want to check if you are performing the test correctly.

About the Control Solution

- Use only Accu-Chek Performa control solution.
- Close the control solution bottle tightly after use.
- Write the date you open the control solution bottle on the bottle label. The control solution must be discarded 3 months from the date the control solution bottle was opened (discard date) or on the use by date on the bottle label, whichever comes first.
- Do not use control solution that is past the use by or discard date.
- Refer to the control solution package insert for control solution storage conditions.
- The meter automatically recognises the difference between the control solution and blood.
- The control results are not displayed in memory.
- The control solution can stain fabric. Remove stains by washing with soap and water.

52493_07214103001_EN.indb 27 6/13/14 2:32 PM

Performing a Control Test

You need the meter with pre-inserted activation chip, a test strip, and control solution Level 1, Level 2, or both. The control level is printed on the bottle label.

1

Check the use by date on the test strip container. Do not use test strips past the use by date.

2



Insert the test strip into the meter in the direction of the arrows.

Place the meter on a flat surface.

3

Select the control solution to test. You will enter the level later in the test.

4

Remove the cap from the control solution bottle. Wipe the tip of the bottle with a tissue.

Squeeze the bottle until a tiny drop forms at the tip.

5

Touch the drop to the **front edge** of the yellow window of the test strip until you see ⌛ flash.

Do not put control solution on top of the test strip.

When you see ⌛ flash, there is enough control solution in the test strip.

6

Wipe the tip of the bottle with a tissue. Cap the bottle tightly.

7

(for example)

Press ▷ to mark the control result as a Level 1. Press ▷ a second time to mark the control result as a Level 2.

The control result, the bottle symbol, and a flashing **L** appear on the display. Do not remove the test strip yet.

8

(for example)

Press and release ◉ to set the control level in the meter.

OK and the control result alternate on the display if the control result is in range. **Err** and the control result alternate on the display if the control result is not in range.

Remove and discard the used test strip.

After a successful test, the meter turns off 5 seconds after the test strip is removed.

Understanding Out-of-Range Control Results

⚠ WARNING

The control ranges are printed on the test strip container label. If the control result is out of range, check this list to help solve the problem.

Troubleshooting Checks	Action
1. Were the test strips or control solutions expired?	Discard the test strips or control solution if either is past the use by date. If the control solution was opened more than 3 months ago, discard it. Repeat the control test with an unexpired test strip and an unexpired control solution.
2. Did you wipe the tip of the control solution bottle before use?	Wipe the tip of the bottle with a tissue. Repeat the control test with a new test strip and a fresh drop of control solution.
3. Were the caps on the test strip container and the control solution bottle always closed tightly?	Replace the test strips or control solution if you think either was uncapped for some time. Repeat the control test.
4. Was the test strip used immediately after it was removed from the test strip container?	Repeat the control test with a new test strip and a fresh drop of control solution.
5. Were the test strips and control solutions stored in a cool, dry place?	Repeat the control test with a properly stored test strip or control solution.
6. Did you follow the directions?	Read Chapter 4, Control Tests, and repeat the control test.
7. Did you choose the correct control solution level, either 1 or 2, when you performed the control test?	If you chose the wrong control solution level, you can still compare the control result to the range printed on the test strip container.
8. Are you still unsure of the problem?	Contact Roche.

52493_07214103001_EN.indb 30 6/13/14 2:32 PM

Meter Maintenance

The meter automatically tests its own systems every time you turn it on and lets you know if something is wrong. See Chapter 5, Display and Error Messages.

If you drop the meter or think the results are not accurate, contact Roche.

Changing the Batteries

1

Use your thumb to slide the battery drawer out of the meter.

2

Remove the old batteries and place the new ones in the battery drawer with the **(+) side facing down**.

3

Slide the battery drawer back into position until it locks into place.

The meter prompts you for a time and date confirmation when it is turned on.

NOTE

- The meter uses two 3-volt lithium batteries, coin cell type CR2032. This type of battery can be found in many stores. It is a good idea to have spare batteries available.
- Always replace both batteries at the same time and with the same brand.

Cleaning the Meter

Keep the meter free of dust. If you need to clean or disinfect it, follow these guidelines carefully to help you get the best performance possible.

⚠ WARNING

- Do not allow liquid to enter any openings in the meter.
- Do not spray a cleaning solution directly onto the meter.
- Do not immerse the meter in liquid.

1. Make sure the meter is turned off.
2. Gently wipe the meter's surface with a soft cloth slightly dampened (wring out any excess liquid) with one of these cleaning solutions:
   - 70 % isopropyl alcohol
   - Mild dishwashing liquid mixed with water
   - 10 % household bleach solution (1 part bleach plus 9 parts water) made the same day

52493_07214103001_EN.indb 32 6/13/14 2:32 PM

Display and Error Messages

⚠ WARNING

- **Never make therapy decisions based on an error message.**
- If you have any concerns or see any other error display, contact Roche.

Display	Action
The meter will not turn on or the display is blank.	• Batteries are dead. Insert new batteries. • Display is damaged. Contact Roche. • Meter is defective. Contact Roche. • Extreme temperatures. Move the meter to a more temperate area.
	Battery power is low. Change the batteries soon.
set-up 10:38 am 12-11	The meter is in set-up mode, waiting for you to change or confirm settings.
	The meter is ready for you to insert a test strip.
	The meter is ready for a drop of blood or control solution.
HI	Blood glucose may be higher than the measurement range of the system. See Chapter 2, Unusual Blood Glucose Results.
LO	Blood glucose may be lower than the measurement range of the system. See Chapter 2, Unusual Blood Glucose Results.
!	Blood glucose is below the defined hypoglycaemic (low blood glucose) level. See Chapter 2, Unusual Blood Glucose Results.
*	A general marker was assigned to this test result.

Display	Action
	A pre-meal marker was assigned to this test result.
	A post-meal marker was assigned to this test result.
	A pre-meal marker was assigned to this test result and the post-meal test reminder has been activated.
10:38 am 12-11 code	The activation chip is missing. Turn the meter off and insert the activation chip. If you need an activation chip, contact Roche.
code exp	This message may appear when using a white code chip in the meter. It means the test strips expire at the end of the current month. At the end of the month, discard the white code chip and any remaining test strips. Insert a black activation chip. Make sure the time and date in the meter are correct.
E-1	The test strip may be damaged or not properly inserted. Remove and reinsert the test strip or replace it if damaged.
E-2	The activation chip is incorrect. Turn the meter off and insert a new activation chip. If you need an activation chip, contact Roche.

Display	Action

E-3	Your blood glucose may be extremely high or a meter or a test strip error has occurred.
	• If your test result matches how you feel, contact your healthcare professional immediately.
	• If your test result does not match how you feel, repeat the blood glucose test. See Chapter 2, Unusual Blood Glucose Results.
	  • If the E-3 code still appears for your blood glucose test, your blood glucose result may be extremely high and above the system's reading range. **Contact your healthcare professional immediately.**
	  • If the second test result does not match how you feel, perform a control test with the control solution and a new test strip.
	  • If the control result is within the acceptable range, review the proper testing procedure and repeat the blood glucose test with a new test strip.
	  • If the control result is not within the acceptable range, see Chapter 4, Understanding Out-of-Range Control Results.

E-4	Not enough blood or control solution was drawn into the test strip for measurement or was applied after the test had started. Discard the test strip and repeat the blood glucose or control test.
E-5	This message may appear when using a white code chip in the meter. It means the white code chip is from an expired lot of test strips. Turn the meter off and insert a black activation chip. Make sure the time and date in the meter are correct.
E-6	Blood or control solution was applied to the test strip before the flashing drop symbol appeared on the display. Discard the test strip and repeat the blood glucose or control test.
E-7	An electronic error occurred, or in rare cases, a used test strip was removed and reinserted. Turn the meter off and on, or take the batteries out for 20 seconds and reinsert them. Perform a blood glucose or control test.

Display	Action
E-8	The temperature is above or below the proper range for the system. Refer to the test strip package insert for system operating conditions. Move to an area with the appropriate conditions, wait 5 minutes, and repeat the blood glucose or control test. Do not artificially heat or cool the meter.
E-9	The batteries are almost out of power. Change the batteries now. If the message reappears after the batteries have been replaced, slide the battery drawer out of the meter, press any meter button, then reinsert the battery drawer back into position.
E-10	The time and date settings may be incorrect. Make sure the time and date are correct and adjust, if necessary.

52493_07214103001_EN.indb 36 6/13/14 2:32 PM

Product Limitations

See the literature packaged with the test strips and control solution for the latest information on product specifications and limitations.

Specifications	
Blood volume **Sample type** **Measuring time** **Measurement range** **Test strip storage conditions** **System operating conditions** **Relative humidity operating range**	Refer to the test strip package insert.
Meter storage conditions	Temperature: -25–70 °C
Memory capacity	500 blood glucose results and 20 control results with time and date
Automatic power off	2 minutes
Power supply	Two 3-volt lithium batteries (coin cell type CR2032)
Display	LCD
Dimensions	69 × 43 × 20 mm (LWH)
Weight	Approx. 40 g (with batteries)
Construction	Hand-held
Protection class	III
Meter type	The Accu-Chek Performa Nano meter is suitable for continuous operation.
Control solution storage conditions	Refer to the control solution package insert.

Electromagnetic Compatibility – This meter meets the electromagnetic immunity requirements as per EN ISO 15197 Annex A. The chosen basis for electrostatic discharge immunity testing was basic standard IEC 61000-4-2. In addition, the meter meets the electromagnetic emissions requirements as per EN 61326. The meter's electromagnetic emission is thus low. Interference from the meter to other electrically-driven equipment is not anticipated.

Performance Analysis – Refer to the test strip package insert.

Test Principle – Refer to the test strip package insert.

Product Safety Information

⚠ WARNING

- Choking hazard. Small parts. Keep away from children under the age of 3 years.
- Strong electromagnetic fields may interfere with the proper operation of the meter. Do not use the meter close to sources of strong electromagnetic radiation.
- To avoid electrostatic discharge, do not use the meter in a very dry environment, especially one in which synthetic materials are present.

Discarding the Meter

⚠ WARNING

- During blood glucose testing, the meter itself may come into contact with blood. Used meters therefore carry a risk of infection. Before discarding the meter, remove the battery or batteries. Discard used meters according to the regulations applicable in your country. Contact the local council and authority for information about correct disposal.
- The meter falls outside the scope of the European Directive 2002/96/EC – Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Discard used batteries according to local environmental regulations.

52493_07214103001_EN.indb 38 6/13/14 2:32 PM

Explanation of Symbols

These symbols may appear on the packaging, on the type plate, and in the instructions for the Accu-Chek Performa Nano meter.

	Consult instructions for use
	Caution, refer to safety-related notes in the instructions for use accompanying this product.
	Temperature limitation (store at)
	Manufacturer
REF	Catalogue number
IVD	In vitro diagnostic medical device
CE 0088	This product fulfils the requirements of the European Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.
	3-volt coin cell type CR2032

52493_07214103001_EN.indb 39 6/13/14 2:32 PM

Guarantee

The statutory provisions on rights in consumer goods sales in the country of purchase shall apply.

Additional Supplies

Test Strips

Accu-Chek Performa test strips

Control Solutions

Accu-Chek Performa control solutions

Information for Healthcare Professionals

⚠ WARNING

Healthcare Professionals: Follow the infection control procedures appropriate for your facility. Refer to the test strip package insert for additional healthcare professional information.

52493_07214103001_EN.indb 40 6/13/14 2:32 PM

Sample Handling

Always wear gloves when handling blood-contaminated items. Always adhere to the recognized procedures for handling objects that are potentially contaminated with human material. Follow the hygiene and safety policy of your laboratory or institution. Prepare the selected blood collection site per facility policy.

Refer to the test strip package insert for additional information regarding acceptable sample types, anticoagulants, and handling instructions.

Recommending Alternative Site Testing to Patients

Decisions about whether to recommend Alternative Site Testing (AST) should take into account the motivation and knowledge level of the patient and his or her ability to understand the considerations relative to diabetes and AST. If you are considering recommending AST for your patients, you need to understand that there is a potential for a significant difference between fingertip or palm test results and test results obtained from the forearm or upper arm. The difference in capillary bed concentration and blood perfusion throughout the body can lead to sample site-to-site differences in blood glucose results. These physiological effects vary between individuals and can vary within a single individual based upon his or her behaviour and relative physical condition.

Our studies involving alternative site testing of adults with diabetes show that most persons will find their glucose level changes more quickly in blood from the fingertip or palm than in blood from the forearm or upper arm.* This is especially important when blood glucose levels are falling or rising rapidly. If your patient is used to making therapy decisions based upon fingertip or palm test results, he or she should consider the delay, or lag time, affecting the test results obtained with blood from the forearm or upper arm.

*Data on file

52493_07214103001_EN.indb 41 6/13/14 2:32 PM

52493_07214103001_EN.indb 42 6/13/14 2:32 PM

Index

A
alternative site testing 12, 41

B
batteries, changing 31
batteries, installing 31
battery drawer 5, 31
battery type 31, 37
beeper, setting 21
blood glucose results, unusual 15
blood glucose test 10
button, power/set 5, 8

C
cleaning the meter 32
computer, transferring results to 26
control results, understanding out-of-range 30
control solution 27
control test, performing 28

D
display check 8
display messages 33

E
error messages 34

G
general marker 14
guarantee 40

H
healthcare professionals 40
high blood glucose 16
hyperglycaemia 16
hypoglycaemia 16
hypoglycaemic alert, setting 25

L
low blood glucose 16

M
maintenance, meter 31
marking test results 14
memory, meter 17
meter, cleaning 32
meter, discarding 38

P
post-meal marker 14
post-meal test reminder 14, 22
pre-meal marker 14
product limitations 37
product safety information 38
product specifications 37

S
settings, meter 19
supplies 40
symbols 39
symptoms, hypoglycaemia/hyperglycaemia 16

T
technical information 37
test reminders, setting 23
test strips 7
time and date, setting 20
troubleshooting 33

U
use by date 7, 27

Index

52493_07214103001_EN.indb 44 6/13/14 2:32 PM

ES

Índice de contenidos

Introducción 3

Capítulo 1: Su nuevo sistema 5

Capítulo 2: Mediciones de glucemia 9

Capítulo 3: Memoria del medidor, ajustes y transferencia de datos 17

Capítulo 4: Controles del funcionamiento 27

Capítulo 5: Mantenimiento y solución de problemas 31

Capítulo 6: Datos técnicos 37

Índice 43

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
“Holding Area” text, box and rules do not print.

Roche USA –52493 - 07214103001
V2/1 – Black

Roche USA –52493 - 07214103001
V2/2 – PMS 287 CVC 30%

52493_07214103001_ES.indb 1 6/13/14 2:45 PM

52493_07214103001_ES.indb 2 6/13/14 2:45 PM

El sistema Accu-Chek Performa Nano

El medidor Accu-Chek Performa Nano está concebido para el uso con las tiras reactivas Accu-Chek Performa para mediciones cuantitativas de glucemia en sangre fresca venosa, arterial, neonatal y sangre total capilar con el fin de analizar la eficacia del control de glucemia. La sangre total capilar para realizar mediciones de glucemia se puede obtener de la yema del dedo y de lugares alternativos aprobados (por ejemplo, del antebrazo). Para más detalles acerca de los lugares alternativos aprobados y las limitaciones asociadas, consulte el apartado sobre medición en lugares alternativos (AST) de estas instrucciones de uso. El medidor Accu-Chek Performa Nano y las tiras reactivas Accu-Chek Performa ofrecen un sistema completo de ensayo concebido para el uso diagnóstico in vitro por personal sanitario en ambientes hospitalarios y para el uso doméstico por personas con diabetes. El sistema no debe usarse para el diagnóstico o la evaluación de la diabetes mellitus. La obtención y preparación de muestras por parte de personal sanitario se describen en el prospecto de las tiras reactivas.

Solo para uso con tiras reactivas y soluciones de control Accu-Chek Performa

Apto para el autocontrol

El sistema incluye:
- **Medidor Accu-Chek Performa Nano con pilas y chip de activación preinsertado**
- **Tiras reactivas Accu-Chek Performa***
- **Soluciones de control Accu-Chek Performa***

*Algunos articulos pueden no estar incluidos en el kit. Se pueden adquirir por separado.

52493_07214103001_ES.indb 3 6/13/14 2:45 PM

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier objeto que entra en contacto con sangre humana es una posible fuente de infección (vea: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

Por qué es importante medir la glucemia regularmente

Realizar mediciones de glucemia regularmente puede implicar una gran diferencia en la manera en que Ud. controla su diabetes diariamente. Lo hemos simplificado al máximo.

Informaciones importantes acerca de su nuevo medidor

- El medidor viene de fábrica con la hora y la fecha preajustadas. Es posible que tenga que adaptar la hora a la zona horaria en la que vive.
- Si sigue los pasos de estas instrucciones de uso, pero aún presenta síntomas que no parecen coincidir con los resultados de medición obtenidos, o si tiene dudas, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende.

52493_07214103001_ES.indb 4 6/13/14 2:45 PM

El medidor Accu-Chek Performa Nano

Vista frontal

Vista posterior

Vista lateral izquierda

Vista lateral derecha

(ejemplo)



Vista superior

1. **Pantalla**
   Muestra resultados, mensajes y resultados de medición guardados en la memoria.
2. **Ranura de la tira reactiva**
   Inserte la tira reactiva por aquí.
3. **Ranura del chip de activación**
   El chip de activación está preinsertado aquí.
4. **Compartimento de las pilas**
5. **Tecla On/Off/Set**
   Enciende y apaga el medidor y ajusta las opciones.
6. **Chip de activación**
7. **Teclas flecha derecha y flecha izquierda**
   Púlselas para acceder a la memoria, realizar ajustes y navegar por los resultados de medición.
8. **Ventana de infrarrojos (IR)**
   Se usa para transferir datos del medidor a un ordenador.



(ejemplo)

9. Tubo de tiras reactivas*

10. Inserte este extremo en el medidor.

11. Ventana amarilla
Rócela con la gota de sangre o la solución de control.

12. Frasco de solución de control*

13. Pilas

*Algunos artículos pueden no estar incluídos en el kit. Se pueden adquirir por separado.

Usar el sistema Accu-Chek Performa Nano

- Use únicamente tiras reactivas Accu-Chek Performa.
- Use la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas.
- No aplique sangre o solución de control a la tira reactiva antes de insertarla en el medidor.
- Cierre el tubo de tiras reactivas hermética e inmediatamente después de retirar una tira reactiva para proteger las tiras reactivas de la humedad.
- Almacene las tiras reactivas no usadas en el tubo original cerrado.
- Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada dicha fecha.
- Almacene el tubo de tiras reactivas y el medidor en un lugar fresco y seco, como por ejemplo un dormitorio.
- Consulte las condiciones para el almacenamiento de las tiras reactivas y las condiciones de funcionamiento del sistema en el prospecto de las tiras reactivas.

⚠ ADVERTENCIA

¡No almacene las tiras reactivas en ambientes sumamente calientes o húmedos (baño o cocina)! El calor y la humedad pueden dañar las tiras reactivas.

NOTA

Su medidor ya está codificado y se suministra con un chip de activación **negro** preinsertado que no necesitará cambiar nunca. Incluso si usa tiras reactivas de envases de tiras reactivas que contienen otro chip de diferente color o con números de código diferentes, nunca necesitará volver a cambiar el chip de activación **negro**.

52493_07214103001_ES.indb 7 6/13/14 2:45 PM

Funciones de las teclas

A continuación figuran las funciones de la tecla On/Off/Set y las teclas de las flechas del medidor. Estas funciones se usan a lo largo de estas instrucciones de uso. Para obtener más información sobre el uso de estas teclas durante el ajuste del medidor, consulte el capítulo 3, Memoria del medidor, ajustes y transferencia de datos.

Tecla	Función	Acción
⏻ (tecla On/ Off/Set)	Encender y apagar el medidor.	Pulse y suelte ⏻.
	Acceder al modo de ajuste.	Encienda el medidor. Pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca **set-up** en la pantalla.
	Guardar la opción seleccionada.	Pulse y suelte ⏻.
	Salir del modo de ajuste en cualquier momento.	Pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando en la pantalla.
	Comprobar los segmentos de la pantalla. o	Apague el medidor. Pulse y **mantenga pulsada** ⏻ para ver la pantalla completa. Si alguno de los segmentos no se ve o es distinto a los de la imagen, no use el medidor. Póngase en contacto con Roche.
◁ ▷ (teclas flecha derecha y flecha izquierda)	Realizar ajustes de hora y fecha, señal sonora, recordatorios de medición e indicador de hipoglucemia.	Pulse y suelte ◁ o ▷. Pulse y **mantenga pulsada** ◁ o ▷ para desplazarse más rápidamente.
	Acceder a la memoria.	Pulse y suelte ◁ o ▷.
	Marcar un resultado de glucemia.	Pulse y suelte ▷.

52493_07214103001_ES.indb 8 6/13/14 2:45 PM

Realizar una medición de glucemia con sangre de la yema del dedo

NOTA

Las muestras de sangre obtenidas de la palma de la mano son equivalentes a las muestras de sangre obtenidas de la yema del dedo. Para recibir las instrucciones para la medición en lugares alternativos (AST) y un capuchón AST para obtener sangre de la palma de la mano, póngase en contacto con Roche.

⚠ ADVERTENCIA

Los resultados de glucemia se pueden visualizar en mg/dL o bien en mmol/L. La unidad de medida está indicada en la etiqueta en la parte posterior del medidor. Si el medidor muestra la unidad de medida incorrecta, póngase en contacto con Roche. Si no sabe cuál es la unidad de medida correcta para Ud., póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende. El uso de la unidad de medida incorrecta puede llevar a una malinterpretación de su nivel real de glucemia y conducir a un tratamiento incorrecto.



52493_07214103001_ES.indb 9 6/13/14 2:45 PM

2 Mediciones de glucemia

Antes de realizar la primera medición de glucemia, ajuste el medidor correctamente. Necesita el medidor con el chip de activación preinsertado, una tira reactiva, un dispositivo de punción y una lanceta.

1

Lávese las manos y séqueselas.

2

Prepare el dispositivo de punción.

3

Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas.

No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad.

4

Inserte la tira reactiva en el medidor según la dirección de las flechas.

El medidor se enciende y emite una señal sonora.

5

Cuando el símbolo de la gota de sangre parpadee, efectúe una punción en la yema del dedo con el dispositivo de punción.

6



Apriétese ligeramente el dedo para estimular el flujo de sangre.

Esto le ayuda a obtener una gota de sangre.

7



Roce el **borde delantero** de la ventana amarilla de la tira reactiva con la gota de sangre.

No aplique sangre encima de la tira reactiva.

El medidor emite una señal sonora y ⌛ parpadea cuando hay suficiente sangre en la tira reactiva.

52493_07214103001_ES.indb 10 6/13/14 2:45 PM

8

0

El resultado de medición aparece en la pantalla.

Para asignar un marcador al resultado de medición, deje la tira reactiva en el medidor. Consulte el capítulo 2, Marcar resultados de glucemia y ajustar el recordatorio de medición para después de la comida.

En otro caso, retire y deseche la tira reactiva usada.

Si la medición se ha realizado con éxito, el medidor se apaga automáticamente 5 segundos después de retirar la tira reactiva.

Realizar una medición de glucemia con sangre de la palma de la mano, del antebrazo o del brazo (medición en lugares alternativos, AST)

Tiene la opción de obtener una muestra de sangre de otras partes de su cuerpo que no sean la yema del dedo. Los lugares alternativos incluyen la palma de la mano, el antebrazo y el brazo.

La sangre de la yema del dedo o de la palma de la mano se puede usar en cualquier momento para realizar una medición de glucemia.

Si se usa sangre del antebrazo o del brazo, hay determinados momentos que no son adecuados para realizar una medición. Esto se debe a que el nivel de glucemia cambia más rápidamente en la yema del dedo y en la palma de la mano que en el antebrazo y el brazo. Estas diferencias pueden inducirle a malinterpretar su nivel de glucemia real y conducir a un tratamiento inadecuado y posibles consecuencias adversas para su salud.

Consulte el siguiente apartado antes de intentar realizar mediciones con sangre del antebrazo o del brazo.

52493_07214103001_ES.indb 12 6/13/14 2:45 PM

Puede realizar una medición con sangre del antebrazo o del brazo	• inmediatamente antes de una comida. • en ayunas.
NO debe realizar una medición con sangre del antebrazo o del brazo	• hasta 2 horas después de una comida, cuando los valores de glucemia pueden aumentar rápidamente. • después de inyectar insulina de bolo, cuando los valores de glucemia pueden disminuir rápidamente. • después de hacer ejercicio. • si está enfermo. • si piensa que su nivel de glucemia es bajo (hipoglucemia). • si a veces no se da cuenta de que su nivel de glucemia es bajo.

Si está interesado en el procedimiento AST, póngase primero en contacto con el personal sanitario que le atiende.

Para obtener un capuchón AST e instrucciones detalladas para el procedimiento AST, póngase en contacto con Roche.

Marcar resultados de glucemia y ajustar el recordatorio de medición para después de la comida

Puede marcar un resultado de glucemia para señalar un evento especial. Si selecciona un marcador de resultado de medición, este se guarda automáticamente en la memoria. Al consultar los resultados de medición en la memoria, estos marcadores le pueden ayudar a recordar qué diferencia hay entre este resultado de medición y los demás.

Símbolo	Función
	Marcador de antes de la comida La marcación de resultados de glucemia con un marcador de antes de la comida le proporciona más información sobre sus resultados de medición y sirve de ayuda a Ud. y al personal sanitario que le atiende para la gestión de su diabetes.
	Marcador de antes de la comida con recordatorio de medición para después de la comida Cuando un resultado antes de la comida se marca con un recordatorio de medición para después de la comida, el medidor emite una señal sonora 1 ó 2 horas después de la medición para recordarle que debe realizar una medición después de la comida.
	Marcador de después de la comida La marcación de resultados de glucemia con un marcador de después de la comida le proporciona más información sobre sus resultados de medición y sirve de ayuda a Ud. y al personal sanitario que le atiende para la gestión de su diabetes. El marcador de después de la comida aparece automáticamente junto con el resultado de medición, si se realiza una medición 15 minutos antes o después de la hora programada para el recordatorio de medición para después de la comida. Ajuste la hora del recordatorio de medición para después de la comida en 1 ó 2 horas en el modo de ajuste. El medidor emitirá una señal sonora 1 ó 2 horas después de la medición de antes de la comida para recordarle que debe realizar una medición después de la comida.
*	**Marcador general** Puede usar el marcador general para marcar un evento especial, como un resultado de medición obtenido con sangre de un lugar alternativo o después de haber hecho ejercicio.

52493_07214103001_ES.indb 14 6/13/14 2:45 PM

Cómo marcar un resultado de medición y ajustar el recordatorio de medición para después de la comida:

1. Realice una medición de glucemia. El resultado de glucemia aparece en la pantalla.
2. Deje la tira reactiva en el medidor. Pulse y suelte ▷ para conmutar entre los marcadores de resultados de medición y el recordatorio de medición para después de la comida.
3. Cuando aparezca en la pantalla el marcador o el recordatorio de medición que desea seleccionar, retire la tira reactiva del medidor.

Resultados de glucemia no esperados

Si su resultado de glucemia no coincide con cómo se siente, repase esta lista para resolver el problema.

Posibles fuentes de error	Acción
1. ¿Las tiras reactivas estaban caducadas?	Deseche las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad. Repita la medición de glucemia con una tira reactiva no caducada.
2. ¿El tubo de tiras reactivas ha estado siempre cerrado herméticamente?	Sustituya las tiras reactivas si piensa que el tubo de tiras reactivas ha estado abierto durante algún tiempo. Repita la medición de glucemia.
3. ¿Ha usado la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas?	Repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.
4. ¿Ha almacenado las tiras reactivas en un lugar fresco y seco?	Repita la medición de glucemia con una tira reactiva debidamente almacenada.
5. ¿Ha seguido las instrucciones?	Consulte el capítulo 2, Mediciones de glucemia, y repita la medición de glucemia. Póngase en contacto con Roche si aún tiene problemas.
6. ¿El medidor y las tira reactivas funcionan correctamente?	Realice un control del funcionamiento. Consulte las instrucciones del capítulo 4, Realizar un control del funcionamiento.
7. ¿Aún no está seguro de cuál es la causa?	Póngase en contacto con Roche.

52493_07214103001_ES.indb 15 6/13/14 2:45 PM

Síntomas de un nivel de glucemia bajo o alto

El conocimiento de los síntomas de un nivel de glucemia bajo o alto puede ayudarle a interpretar los resultados de medición y a decidir cómo actuar si obtiene resultados de medición no esperados.

Nivel de glucemia bajo (hipoglucemia): Los síntomas de hipoglucemia pueden incluir, entre otros, ansiedad, temblores, sudoración, dolor de cabeza, más hambre de lo normal, mareos, palidez, cambios de humor repentinos o irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, torpeza, palpitaciones y/o confusión.

Nivel de glucemia alto (hiperglucemia): Los síntomas de hiperglucemia pueden incluir, entre otros, más sed de lo normal, micción frecuente, visión borrosa, somnolencia y/o pérdida de peso inexplicable.

⚠ ADVERTENCIA

Si sufre alguno de estos síntomas u otros síntomas no habituales, realice una medición de glucemia con sangre de la yema del dedo o de la palma de la mano. Si su resultado de glucemia aparece como LO o HI, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente.

52493_07214103001_ES.indb 16 6/13/14 2:45 PM

Guardar resultados de glucemia y de control

El medidor guarda automáticamente hasta 500 resultados de glucemia y hasta 20 resultados de control con la hora y la fecha del resultado y los marcadores de resultados de medición, si los hay; puede consultar los resultados de medición en cualquier momento. Los resultados de medición se guardan desde el más reciente al más antiguo, por ello debe ajustar la hora y la fecha correctamente en el medidor. Si la hora y la fecha ajustadas son correctas, Ud. y el equipo de personal sanitario que le atiende podrán interpretar adecuadamente los resultados de glucemia guardados.

NOTA

- La memoria no se pierde al cambiar las pilas, pero sí tiene que comprobar que la hora y la fecha todavía sean correctas. Consulte el capítulo 3, Ajustar la hora y la fecha.
- Cuando ya hay 500 resultados de glucemia guardados en la memoria, al añadir un resultado de medición nuevo, se borra el resultado más antiguo.
- Si se realizan más de 500 mediciones de glucemia en un periodo de 90 días, solo se incluyen en el promedio de 90 días los 500 resultados de medición más recientes.
- Los resultados de control se guardan en la memoria, pero no se pueden consultar en el medidor. Para ver los resultados de control guardados, primero han de ser transferidos a una aplicación de software compatible. Para obtener más información sobre la disponibilidad de estos productos, póngase en contacto con Roche.
- Los resultados de control no se incluyen en los promedios de 7, 14, 30 y 90 días.
- En los promedios de antes y después de la comida se incluyen solo los resultados de medición a los que se ha asignado un marcador de antes de la comida o de después de la comida. Todos los resultados de glucemia se incluyen en los promedios generales de 7, 14, 30 y 90 días.

52493_07214103001_ES.indb 17 6/13/14 2:45 PM

Ver resultados de medición en la memoria

Con el medidor encendido o apagado, pulse y suelte ◁ o ▷ para acceder a la memoria. El resultado de medición más reciente aparece en la pantalla.

Tecla	Función	Acción
◁ (tecla flecha izquierda)	Resultados de medición anteriores	Pulse ◁ para ver los resultados de medición anteriores del más reciente al más antiguo.
▷ (tecla flecha derecha)	Promedios generales	Pulse ▷ para ver los promedios de 7, 14, 30 y 90 días. n = número de resultados de medición en el promedio 
▷ (tecla flecha derecha)	Promedios de antes de la comida Promedios de después de la comida	Siga pulsando ▷ para ver los promedios de 7, 14, 30 y 90 días de antes y después de la comida.

⚠ ADVERTENCIA

No modifique su tratamiento basándose en un único resultado de medición en la memoria. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende antes de modificar su tratamiento basándose en los resultados de medición en la memoria.

52493_07214103001_ES.indb 18 6/13/14 2:45 PM

Usar el modo de ajuste

Las siguientes funciones se pueden personalizar según sea necesario.

Símbolo	Función	Acción	Ajuste de fábrica
	Hora y fecha	Ajuste la hora y la fecha.	
	Señal sonora	Seleccione **On** (activado) u **OFF** (desactivado). La desactivación (**OFF**) de la señal sonora no afecta a los resultados de medición. Para usar la función de recordatorios de medición es necesario que la señal sonora esté activada (**On**).	On
	Recordatorio de medición para después de la comida	Seleccione 1 hora o 2 horas. El medidor emitirá una señal sonora 1 ó 2 horas después de la medición de antes de la comida para recordarle que debe realizar una medición después de la comida.	2Hr
	Recordatorios de medición	Seleccione **On** (activado) u **OFF** (desactivado). Es posible configurar hasta 4 recordatorios de medición por día.	A-1 8:00 am A-2 12:00 pm (mediodía) A-3 6:00 pm A-4 10:00 pm
	Indicador de hipoglucemia	Seleccione **On** (activado) u **OFF** (desactivado). El indicador de hipoglucemia puede configurarse en un nivel entre 50 y 90 mg/dL o 2,8 y 5,0 mmol/L para que le indique cuando su nivel de glucemia es probablemente demasiado bajo.	OFF

Ajustar la hora y la fecha

1

Pulse y suelte ⏻ (tecla On/Off/Set) para encender el medidor.
El símbolo de la tira reactiva parpadeando aparece en la pantalla.

2

Pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca **set-up** en la pantalla.
La hora parpadea.

3

Pulse y suelte ◁ o ▷ para disminuir o aumentar la hora.
Pulse y suelte ⏻ para guardar la hora.
Los minutos parpadean.

4

Repita el paso 3 para ajustar los minutos, el formato am/pm, el día, el mes y el año.
Para realizar más ajustes, pulse y suelte ⏻.
Para salir, pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando en la pantalla.

Activar y desactivar la señal sonora

NOTA

La señal sonora le avisa:

- cuando debe aplicar sangre o solución de control a la tira reactiva.
- cuando la tira reactiva ha absorbido suficiente sangre o solución de control.
- cuando ha finalizado la medición de glucemia o el control del funcionamiento.
- cuando se pulsa una tecla.
- cuando es hora de realizar una medición o un control (si ha ajustado los recordatorios de medición o el recordatorio de medición para después de la comida).
- si ha ocurrido un error al realizar una medición de glucemia o un control del funcionamiento (la señal sonora suena avisándole de un error incluso cuando está desactivada).

1

Pulse y suelte ⏻ para encender el medidor.

El símbolo de la tira reactiva parpadeando aparece en la pantalla.

Pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca **set-up** en la pantalla.

2

Pulse y suelte ⏻ repetidamente hasta que aparezcan el símbolo de la señal sonora parpadeando y **On** u **OFF** en la pantalla.

3

Pulse y suelte ◁ o ▷ para seleccionar **On** u **OFF**.

Para realizar más ajustes, pulse y suelte ⏻.

Para salir, pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando en la pantalla.

Ajustar el recordatorio de medición para después de la comida

NOTA

El recordatorio de medición para después de la comida:

- suena 1 ó 2 horas después de la medición de glucemia para recordarle que debe realizar una medición después de la comida.
- suena cada 2 minutos hasta 3 veces.
- se apaga al insertar una tira reactiva o al pulsar cualquier tecla.
- Si realiza una medición durante los 15 minutos anteriores a un recordatorio de medición, este no suena.
- Si el medidor está encendido a la hora programada para el recordatorio de medición, este no suena.
- Las bajas temperaturas pueden desactivar los recordatorios de medición hasta que se encienda el medidor.

1

Pulse y suelte ⓘ para encender el medidor.

El símbolo de la tira reactiva parpadeando aparece en la pantalla.

Pulse y **mantenga pulsada** ⓘ hasta que aparezca **set-up** en la pantalla.

2



Pulse y suelte ⓘ repetidamente hasta que aparezcan **set-up** y **1Hr** o **2Hr** parpadeando en la pantalla.

3

Pulse y suelte ◁ o ▷ para seleccionar **1Hr** o **2Hr**.

Pulse y suelte ⓘ para guardar la opción.

Para realizar más ajustes, pulse y suelte ⓘ.

Para salir, pulse y **mantenga pulsada** ⓘ hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando en la pantalla.

Esta pantalla aparece cuando se emite un recordatorio de medición para después de la comida.

Ajustar los recordatorios de medición

NOTA

Los recordatorios de medición:
- suenan cada día a la misma hora.
- suenan cada 2 minutos hasta 3 veces.
- se apagan al insertar una tira reactiva o al pulsar cualquier tecla.

- Si realiza una medición durante los 15 minutos anteriores a un recordatorio de medición, este no suena.
- Si el medidor está encendido a la hora programada para el recordatorio de medición, este no suena.
- Las bajas temperaturas pueden desactivar los recordatorios de medición hasta que se encienda el medidor.
- Si un recordatorio de medición está desactivado en el modo de ajuste, todos los recordatorios de medición subsiguientes también están desactivados. Por ejemplo, si activa A-1 pero desactiva A-2, entonces A-3 y A-4 se desactivarán automáticamente.

1

Pulse y suelte ⏻ para encender el medidor.

El símbolo de la tira reactiva parpadeando aparece en la pantalla.

Pulse y **mantenga pulsada** ⏻ hasta que aparezca **set-up** en la pantalla.

2



Pulse y suelte ⏻ repetidamente hasta que aparezcan el símbolo de la campana, **OFF**, **set-up** y **A-1** parpadeando en la pantalla.

3

Pulse y suelte ◁ o ▷ para seleccionar **On** u **OFF**.

Pulse y suelte ⏻ para guardar su selección.

Si selecciona **On**, la hora parpadea.

4

Pulse y suelte ◁ o ▷ para ajustar la hora.

Pulse y suelte ⏻ para guardar la hora.

Los minutos parpadean.

5	6	7
Pulse y suelte ◁ o ▷ para seleccionar **00**, **15**, **30** ó **45**. Estas son las únicas opciones. Pulse y suelte ⓘ para guardar los minutos. **am** o **pm** parpadea.	Pulse y suelte ◁ o ▷ para seleccionar **am** o **pm**. Pulse y suelte ⓘ para guardar **am** o **pm**. El símbolo de la campana, **OFF** y **A-2** parpadeando aparecen en la pantalla.	Ajuste el recordatorio de medición **A-2** o pulse y suelte ⓘ para realizar más ajustes. Para salir, pulse y **mantenga pulsada** ⓘ hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando en la pantalla.

Ajustar el indicador de hipoglucemia

⚠ ADVERTENCIA

- Esta función no sustituye a una formación adecuada sobre la hipoglucemia proporcionada por el personal sanitario.
- **Usuario:** antes de ajustar el indicador de hipoglucemia, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende para determinar qué nivel de glucemia es su nivel de hipoglucemia.
- **Personal sanitario:** el nivel de hipoglucemia puede variar de una persona a otra. Se recomienda desactivar **(OFF)** el indicador de hipoglucemia cuando se use el medidor en un centro profesional.

1

Pulse y suelte ⓘ para encender el medidor.

El símbolo de la tira reactiva parpadeando aparece en la pantalla.

Pulse y **mantenga pulsada** ⓘ hasta que aparezca **set-up** en la pantalla.

2



Pulse y suelte ⓘ repetidamente hasta que aparezcan **set-up**, **OFF** y ⓘ parpadeando en la pantalla.

3



Pulse y suelte ◁ o ▷ para seleccionar **On** u **OFF**.

Pulse y suelte ⓘ para guardar su selección.

Si selecciona **On**, aparece **set-up** y ⓘ parpadea.

4

Pulse y suelte ◁ o ▷ para ajustar el nivel.

Pulse y suelte ⓘ para guardar el nivel.

Para salir, pulse y **mantenga pulsada** ⓘ hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando en la pantalla.

Ha concluido el modo de ajuste.

Transferir los resultados a un ordenador

Ofrecemos una variedad de software para ayudarle a transferir los resultados. Para obtener información sobre el software Accu-Chek, póngase en contacto con Roche.

Puede transferir los resultados guardados a un ordenador para realizar consultas, establecer pautas e imprimir resultados.

⚠ ADVERTENCIA

NO se recomienda transferir a un ordenador los datos de medidores que se usan para múltiples pacientes, puesto que no es posible identificar los resultados individuales de un paciente.

Transferir datos directamente a un ordenador usando un software especializado y un cable de infrarrojos

1. Instale el software siguiendo las instrucciones.
2. Para transferir los resultados a un ordenador, conecte el cable de infrarrojos siguiendo las instrucciones.
3. Ejecute el software y siga las instrucciones para la transferencia de datos. Asegúrese de que el software esté listo para aceptar datos del medidor.
4. Con el medidor apagado, pulse y **mantenga pulsadas** ◁ y ▷ hasta que parpadeen 2 flechas alternadamente en la pantalla.
5. Localice la ventana de infrarrojos (IR) en la parte superior del medidor.
6. Localice la ventana de IR en el cable de infrarrojos.
7. Coloque el medidor en una superficie plana. Dirija las 2 ventanas de IR una señalando hacia la otra. Deben encontrarse a una distancia de 3 a 10 cm.
8. No mueva el cable de infrarrojos ni el medidor durante la transferencia de datos.
9. Siga las instrucciones del software.
10. Es posible que el software apague el medidor automáticamente al concluir la transferencia de datos. Si esto ocurre, siga las instrucciones en la pantalla del ordenador.

NOTA

- Si la transferencia de datos no se ha realizado correctamente, inténtelo de nuevo. Si aún tiene problemas, póngase en contacto con Roche.
- Para sacar el mayor partido posible a la función de transferencia de datos, asegúrese de que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente en el medidor.

52493_07214103001_ES.indb 26 6/13/14 2:45 PM

Cuándo realizar un control del funcionamiento

Un control del funcionamiento le permite comprobar si el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente. Debería realizar un control del funcionamiento cuando:

- abre un nuevo envase de tiras reactivas.
- ha dejado el tubo de tiras reactivas abierto.
- piensa que las tiras reactivas están dañadas.
- desea comprobar el buen funcionamiento del medidor y de las tiras reactivas.
- las tiras reactivas han estado almacenadas a temperaturas extremas y/o en ambientes húmedos.
- se le ha caído el medidor.
- su resultado de medición no coincide con cómo se siente.
- desea comprobar que está realizando la medición correctamente.

Acerca de la solución de control

- Use únicamente solución de control Accu-Chek Performa.
- Cierre el frasco de solución de control herméticamente después de usarlo.
- Anote en la etiqueta del frasco de solución de control la fecha en que abre el frasco. La solución de control debe desecharse después de 3 meses contados desde la fecha en que se abre el frasco de solución de control (fecha de eliminación), o en la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del frasco, según lo que se cumpla antes.
- No use la solución de control pasada su fecha de caducidad o de eliminación.
- Consulte las condiciones para el almacenamiento de la solución de control en el prospecto de la solución de control.
- El medidor reconoce automáticamente la diferencia entre la solución de control y la sangre.
- Los resultados de control no se muestran en la memoria.
- La solución de control puede manchar los tejidos. Elimine las manchas con agua y jabón.

Realizar un control del funcionamiento

Necesita el medidor con el chip de activación preinsertado, una tira reactiva y solución de control del nivel 1 o del nivel 2 o ambos. El nivel de control está impreso en la etiqueta del frasco.

1

Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad.

2



Inserte la tira reactiva en el medidor según la dirección de las flechas. Coloque el medidor en una superficie plana.

3

Seleccione la solución de control a usar. Podrá especificar el nivel en una fase posterior del control.

4

Retire la tapa del frasco de solución de control Limpie la punta del frasco con un paño.

Apriete el frasco hasta que se forme una gota pequeña en la punta.

5

Roce el **borde delantero** de la ventana amarilla de la tira reactiva con la gota hasta que ⌛ parpadee.

No aplique solución de control encima de la tira reactiva.

Cuando ⌛ parpadea, indica que hay suficiente solución de control en la tira reactiva.

6

Limpie la punta del frasco con un paño. Cierre el frasco herméticamente.

7

(ejemplo)

Pulse ▷ para marcar el resultado de control como de nivel 1. Pulse ▷ otra vez para marcar el resultado de control como de nivel 2.

El resultado de control, el símbolo del frasco y una **L** parpadeando aparecen en la pantalla. No retire aún la tira reactiva.

8

(ejemplo)

Pulse y suelte ⏻ para guardar el nivel de control en el medidor.

Si el resultado de control está dentro del rango aceptable, **OK** y el resultado de control se alternan en la pantalla. Si el resultado de control no está dentro del rango aceptable, **Err** y el resultado de control se alternan en la pantalla.

Retire y deseche la tira reactiva usada.

Si el control del funcionamiento se ha realizado con éxito, el medidor se apaga automáticamente 5 segundos después de retirar la tira reactiva.

Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable

⚠ ADVERTENCIA

Los rangos de control están impresos en la etiqueta del tubo de tiras reactivas. Si el resultado de control está fuera del rango aceptable, repase esta lista para resolver el problema.

Posibles fuentes de error	Acción
1. ¿Las tiras reactivas o las soluciones de control estaban caducadas?	Deseche las tiras reactivas o la solución de control pasada su fecha de caducidad. Si la solución de control lleva abierta más de 3 meses, deséchela. Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva y una solución de control que no estén caducadas.
2. ¿Ha limpiado la punta del frasco de solución de control antes de usarlo?	Limpie la punta del frasco con un paño. Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva y otra gota de solución de control.
3. ¿El tubo de tiras reactivas y el frasco de solución de control han estado siempre cerrados herméticamente?	Sustituya las tiras reactivas o la solución de control si piensa que han estado abiertas durante algún tiempo. Repita el control del funcionamiento.
4. ¿Ha usado la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas?	Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva y otra gota de solución de control.
5. ¿Ha almacenado las tiras reactivas y las soluciones de control en un lugar fresco y seco?	Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva o una solución de control debidamente almacenadas.
6. ¿Ha seguido las instrucciones?	Consulte el capítulo 4, Controles del funcionamiento, y repita el control del funcionamiento.
7. ¿Ha seleccionado el nivel de solución de control correcto, es decir, 1 ó 2, al realizar el control del funcionamiento?	Si ha seleccionado el nivel de solución de control erróneo, aún puede comparar el resultado de control con el rango impreso en el tubo de tiras reactivas.
8. ¿Aún no está seguro de cuál es la causa?	Póngase en contacto con Roche.

52493_07214103001_ES.indb 30 6/13/14 2:45 PM

Mantenimiento del medidor

El medidor comprueba sus propios sistemas automáticamente cada vez que lo enciende y le comunica si hay algún problema. Consulte el capítulo 5, Mensajes en la pantalla y mensajes de error.
Si se le cae el medidor o piensa que los resultados no son correctos, póngase en contacto con Roche.

Cambiar las pilas

1

Saque el compartimento de las pilas del medidor presionando sobre él con el pulgar y ejerciendo presión hacia fuera.

2

Extraiga las pilas usadas y coloque las nuevas en el compartimento de las pilas con el **símbolo (+) mirando hacia abajo**.

3

Coloque el compartimento de las pilas nuevamente en su sitio de modo que encaje.
El medidor le solicita la confirmación de la hora y la fecha al encenderlo.

NOTA

- El medidor usa dos pilas de litio de 3 voltios del tipo botón CR2032. Este tipo de pila está a la venta en muchos establecimientos. Se recomienda tener siempre a mano pilas de reserva.
- Sustituya siempre ambas pilas al mismo tiempo por otras de la misma marca.

Limpiar el medidor

Mantenga el medidor libre de polvo. Si necesita limpiarlo o desinfectarlo, siga estas instrucciones cuidadosamente para obtener el mejor resultado posible.

⚠ ADVERTENCIA

- No permita que entre líquido en las aperturas del medidor.
- No pulverice directamente el medidor con una solución de limpieza.
- No sumerja el medidor en un líquido.

1. Asegúrese de que el medidor esté apagado.
2. Limpie cuidadosamente la superficie del medidor con un paño ligeramente húmedo (exprima el paño para eliminar el exceso de líquido) y use una de las siguientes soluciones de limpieza:
   - Isopropanol al 70 %
   - Un lavavajillas suave mezclado con agua
   - Una solución con un 10 % de lejía común (1 parte de lejía por cada 9 partes de agua) preparada ese mismo día

52493_07214103001_ES.indb 32 6/13/14 2:45 PM

Mensajes en la pantalla y mensajes de error

⚠ ADVERTENCIA

- **Nunca tome decisiones terapéuticas basadas en un mensaje de error.**
- Si tiene dudas o ve cualquier otro mensaje de error en la pantalla, póngase en contacto con Roche.

Pantalla	Acción
El medidor no se enciende o la pantalla está en blanco.	• Las pilas están gastadas. Cámbielas por pilas nuevas. • La pantalla está estropeada. Póngase en contacto con Roche. • El medidor está defectuoso. Póngase en contacto con Roche. • Temperaturas extremas. Coloque el medidor en un área con una temperatura adecuada.
	Las pilas están casi gastadas. Cambie las pilas sin demora.
set-up 10:38 am 12-11	El medidor está en el modo de ajuste, esperando la modificación o confirmación de los ajustes.
	El medidor está listo para que inserte una tira reactiva.
	El medidor está listo para que aplique una gota de sangre o de solución de control.
HI	El nivel de glucemia puede estar por encima del rango de medición del sistema. Consulte el capítulo 2, Resultados de glucemia no esperados.
LO	El nivel de glucemia puede estar por debajo del rango de medición del sistema. Consulte el capítulo 2, Resultados de glucemia no esperados.
	El nivel de glucemia está por debajo del nivel de hipoglucemia (glucemia baja) definido. Consulte el capítulo 2, Resultados de glucemia no esperados.

Pantalla	Acción
*	Se ha asignado un marcador general a este resultado de medición.
	Se ha asignado un marcador de antes de la comida a este resultado de medición.
	Se ha asignado un marcador de después de la comida a este resultado de medición.
	Se ha asignado un marcador de antes de la comida a este resultado de medición y se ha activado el recordatorio de medición para después de la comida.
10:38 am 12-11 code	No hay chip de activación. Apague el medidor e inserte el chip de activación. Si necesita un chip de activación, póngase en contacto con Roche.
code exp	Este mensaje puede aparecer cuando se está usando un chip de codificación blanco en el medidor. Significa que las tiras reactivas caducan a finales del mes en curso. Cuando acabe el mes, deseche el chip de codificación blanco y las tiras reactivas restantes. Inserte un chip de activación negro. Asegúrese de que la hora y la fecha indicadas en el medidor sean correctas.
E-1	La tira reactiva puede estar dañada o no está insertada correctamente. Retire la tira reactiva y vuelva a insertarla o sustitúyala si está dañada.
E-2	El chip de activación es incorrecto. Apague el medidor e inserte un nuevo chip de activación. Si necesita un chip de activación, póngase en contacto con Roche.

Pantalla	Acción

E-3	Es posible que su nivel de glucemia sea extremadamente alto o que haya ocurrido un error en el medidor o en la tira reactiva.
	• Si su resultado de medición coincide con cómo se siente, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente.
	• Si su resultado de medición no coincide con cómo se siente, repita la medición de glucemia. Consulte el capítulo 2, Resultados de glucemia no esperados.
	  • Si el código E-3 aparece de nuevo después de su medición de glucemia, el resultado de glucemia puede ser extremadamente alto y superior al rango de medición del sistema. **Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente.**
	  • Si el segundo resultado de medición no coincide con cómo se siente, realice un control del funcionamiento con la solución de control y una tira reactiva nueva.
	  • Si el resultado de control está dentro del rango aceptable, lea de nuevo las instrucciones para el procedimiento de medición correcto y repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.
	  • Si el resultado de control no está dentro del rango aceptable, consulte el capítulo 4, Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable.

E-4	La tira reactiva no ha absorbido suficiente sangre o solución de control para realizar la medición o el control o la muestra ha sido aplicada después de que la medición o el control comenzara. Deseche la tira reactiva y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento.
E-5	Este mensaje puede aparecer cuando se está usando un chip de codificación blanco en el medidor. Significa que el chip de codificación blanco proviene de un lote de tiras reactivas caducado. Apague el medidor e inserte un chip de activación negro. Asegúrese de que la hora y la fecha indicadas en el medidor sean correctas.
E-6	La sangre o la solución de control se ha aplicado a la tira reactiva antes de que apareciera en la pantalla el símbolo de la gota parpadeando. Deseche la tira reactiva y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento.

Pantalla	Acción
E-7	Se ha producido un fallo electrónico o, en casos poco frecuentes, se ha retirado y reinsertado una tira reactiva usada. Apague y encienda el medidor o retire las pilas durante 20 segundos y vuelva a insertarlas. Realice una medición de glucemia o un control del funcionamiento.
E-8	La temperatura es superior o inferior al rango adecuado para el sistema. Consulte las condiciones para el funcionamiento del sistema en el prospecto de las tiras reactivas. Vaya a un sitio con las condiciones apropiadas, espere 5 minutos y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento. No caliente ni enfríe el medidor por medios artificiales.
E-9	Las pilas están casi gastadas. Cambie las pilas ahora. Si el mensaje aparece de nuevo después de haber cambiado las pilas, deslice el compartimento de las pilas del medidor, pulse cualquier tecla del medidor y vuelva a insertar el compartimento de las pilas.
E-10	Los ajustes de la hora y de la fecha podrían ser incorrectos. Asegúrese de que la hora y la fecha sean correctas y ajústelas si es preciso.

52493_07214103001_ES.indb 36 6/13/14 2:45 PM

Limitaciones del producto

Encontrará la información más actualizada sobre las especificaciones y las limitaciones del producto en los prospectos que acompañan a las tiras reactivas y a la solución de control.

Especificaciones	
Volumen de sangre **Tipo de muestra** **Tiempo de medición** **Rango de medición** **Condiciones para el almacenamiento de las tiras reactivas** **Condiciones para el funcionamiento del sistema** **Rango de humedad relativa para el funcionamiento del sistema**	Consulte el prospecto de las tiras reactivas.
Condiciones para el almacenamiento del medidor	Temperatura: de -25 a 70 °C
Capacidad de memoria	500 resultados de glucemia y 20 resultados de control con hora y fecha
Apagado automático	2 minutos
Suministro de corriente	Dos pilas de litio de 3 voltios (tipo botón CR2032)
Pantalla	LCD
Medidas	69 × 43 × 20 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 40 g (pilas incluidas)
Modelo	Aparato de bolsillo
Clase de protección	III
Tipo de medidor	El medidor Accu-Chek Performa Nano es apropiado para uso continuo.
Condiciones para el almacenamiento de la solución de control	Consulte el prospecto de la solución de control.

52493_07214103001_ES.indb 37 6/13/14 2:45 PM

Compatibilidad electromagnética – Este medidor cumple los requisitos de inmunidad electromagnética según en ISO 15197 Anexo A. La base elegida para la prueba de inmunidad a descargas electrostáticas ha sido el estándar básico IEC 61000-4-2. Adicionalmente, el medidor cumple los requisitos de emisiones electromagnéticas según EN 61326. Por lo tanto, las emisiones electromagnéticas del medidor son bajas. No es de esperar que se produzcan interferencias del medidor con otros aparatos eléctricos.

Análisis de rendimiento – Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Método de medición – Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Información sobre la seguridad del producto

⚠ ADVERTENCIA

- Peligro de asfixia por atragantamiento. Piezas pequeñas. Manténgase fuera del alcance de niños menores de 3 años.
- Los campos electromagnéticos fuertes pueden perjudicar el funcionamiento del medidor. No use el medidor cerca de fuentes de intensa irradiación electromagnética.
- Para evitar descargas electrostáticas, no use el medidor en un ambiente muy seco, especialmente si en este se encuentran materiales sintéticos.

Desechar el medidor

⚠ ADVERTENCIA

- Ocasionalmente, durante la medición de glucemia el medidor puede entrar en contacto con sangre. Por tanto, los medidores usados conllevan un riesgo de infección. Retire la pila o las pilas antes de desechar el medidor. Deseche los medidores usados de acuerdo con las normas de eliminación locales. Diríjase a la autoridad competente para obtener información respecto a la eliminación correcta.
- El medidor no entra en el área de vigencia de la Directiva Europea 2002/96/CE – Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas medioambientales locales.

52493_07214103001_ES.indb 38 6/13/14 2:45 PM

Explicación de los símbolos

En el envase, en la placa de características y en las instrucciones de uso del medidor Accu-Chek Performa Nano puede que encuentre los siguientes símbolos.

	Consúltense las instrucciones de uso
	Precaución, observe las advertencias de seguridad en las instrucciones de uso del producto.
	Límites de temperatura (conservar entre)
	Fabricante
REF	Número de catálogo
IVD	Producto sanitario para diagnóstico in vitro
CE 0088	Este producto cumple los requisitos de la Directiva Europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
	Pila de 3 voltios tipo botón CR2032

Garantía

Deberán prevalecer las disposiciones legales relativas a garantías que rigen la venta de bienes de consumo en el país de compra.

Suministros y accesorios

Tiras reactivas

Tiras reactivas Accu-Chek Performa

Soluciones de control

Soluciones de control Accu-Chek Performa

Información para el personal sanitario

⚠ ADVERTENCIA

Personal sanitario: siga los procedimientos para el control de infecciones vigentes en su centro. Consulte el prospecto de las tiras reactivas para obtener más información para el personal sanitario.

52493_07214103001_ES.indb 40 6/13/14 2:45 PM

Manipulación de las muestras

Use siempre guantes al manipular objetos contaminados con sangre. Aténgase siempre a los procedimientos vigentes para la manipulación de objetos potencialmente contaminados con material humano. Siga las normas de higiene y seguridad de su laboratorio o institución. Prepare el sitio seleccionado para la obtención de sangre según las normas locales.

Consulte el prospecto de las tiras reactivas para obtener más información sobre tipos de muestras aceptables, anticoagulantes e instrucciones de manipulación.

Recomendar la medición en lugares alternativos a los pacientes

Al decidir si recomendar o no medición en lugares alternativos (AST) debe tener en cuenta la motivación y el nivel de conocimiento del paciente y su habilidad para comprender aspectos relativos a la diabetes y al procedimiento AST. Si está considerando recomendar el procedimiento AST a sus pacientes, debe comprender que hay una diferencia considerable entre los resultados de medición obtenidos con sangre de la yema del dedo o la palma de la mano y la procedente del antebrazo o el brazo. La diferencia en la concentración capilar y la perfusión de la sangre en el cuerpo puede tener como consecuencia discrepancias en los resultados de glucemia en función del lugar del cuerpo del que proceda la sangre. Este efecto fisiológico varía según el individuo y puede variar para un mismo individuo dependiendo de su comportamiento y condición física relativa.

Nuestros estudios acerca de mediciones en lugares alternativos en adultos diabéticos demuestran que el nivel de glucemia de la mayoría de las personas cambia más rápidamente en la sangre de la yema del dedo o la palma de la mano que en la procedente del antebrazo o el brazo.* Esto es especialmente relevante cuando los niveles de glucemia bajan o suben rápidamente. Si su paciente está habituado a tomar decisiones terapéuticas basadas en los resultados de medición obtenidos con sangre de la yema del dedo o la palma de la mano, él o ella deberá tener en cuenta el desfase que afecta al resultado de medición obtenido con sangre del antebrazo o el brazo.

*Datos en archivo

52493_07214103001_ES.indb 41 6/13/14 2:45 PM

6 Datos técnicos

52493_07214103001_ES.indb 42 6/13/14 2:45 PM

Índice

A
ajustes, medidor 19

C
compartimento de las pilas 5, 31
comprobación de la pantalla 8
control del funcionamiento, realizar 28

D
datos técnicos 37

E
especificaciones del producto 37

F
fecha de caducidad 7, 27

G
garantía 40

H
hiperglucemia 16
hipoglucemia 16
hora y fecha, ajustar 20

I
indicador de hipoglucemia, ajustar 25
información sobre la seguridad del producto 38

L
limitaciones del producto 37
limpiar el medidor 32

M
mantenimiento, medidor 31
marcador de antes de la comida 14
marcador de después de la comida 14
marcador general 14
marcar resultados de medición 14
medición de glucemia 10
medición en lugares alternativos 12, 41
medidor, desechar 38
medidor, limpiar 32
memoria, medidor 17
mensajes de error 34
mensajes en la pantalla 33

N
nivel de glucemia alto 16
nivel de glucemia bajo 16

O
ordenador, transferir resultados a un 26

P
personal sanitario 40
pilas, cambiar 31
pilas, colocar 31

R
recordatorio de medición para después de la comida 14, 22
recordatorios de medición, ajustar 23
resultados de control fuera del rango aceptable, interpretar 30
resultados de glucemia, no esperados 15

S
señal sonora, ajustar 21
símbolos 39
síntomas, hipoglucemia/hiperglucemia 16
solución de control 27
solución de problemas 33
suministros

52493_07214103001_ES.indb 43 6/13/14 2:45 PM

T

tecla, On/Off/Set 5, 8
tipo de pila 31, 37
tiras reactivas 7

PT

Índice

Introdução 3

Capítulo 1: O seu novo sistema..... 5

Capítulo 2: Testes de glicemia 9

Capítulo 3: Memória do monitor de glicemia, configuração e transferência de dados 17

Capítulo 4: Testes de controle 27

Capítulo 5: Manutenção e solução de problemas 31

Capítulo 6: Informações técnicas 37

Índice remissivo..... 43

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
“Holding Area” text, box and rules do not print.

Roche USA –52493 - 07214103001
V2/1 – Black

Roche USA –52493 - 07214103001
V2/2 – PMS 287 CVC 30%

52493_07214103001_PTB.indb 1 6/18/14 2:33 PM

52493_07214103001_PTB.indb 2 6/18/14 2:33 PM

O sistema Accu-Chek Performa Nano

O monitor de glicemia Accu-Chek Performa Nano foi concebido para uso com as tiras-teste Accu-Chek Performa e se destina à medição quantitativa da glicose em sangue total fresco venoso, arterial, neonatal e capilar, sendo um recurso auxiliar para monitorizar a eficácia do controle da glicemia. O sangue total capilar para o teste de glicemia pode ser obtido da ponta do dedo ou de locais alternativos aprovados (por exemplo, do antebraço). Verifique na seção sobre locais alternativos para testes (LAT) destas instruções de uso os locais alternativos aprovados e as limitações a eles associadas. Juntos, o monitor de glicemia Accu-Chek Performa Nano e as tiras-teste Accu-Chek Performa fornecem um completo sistema de teste para uso diagóstico in vitro, que pode ser utilizado por profissionais de saúde em ambiente clínico e por pessoas com diabetes em ambiente domiciliar. O sistema não é adequado para diagnosticar ou rastrear o diabetes mellitus. O procedimento de coleta e preparação das amostras de sangue por profissionais de saúde encontra-se descrito no folheto informativo das tiras-teste.

Utilize apenas tiras-teste e soluções de controle Accu-Chek Performa.

Próprio para a automonitorização

O sistema inclui:

- **Monitor de glicemia Accu-Chek Performa Nano com baterias e chip de ativação pré-inserido**
- **Tiras-teste Accu-Chek Performa***
- **Soluções de controle Accu-Chek Performa***

*Alguns itens podem não estar incluídos no kit. Esses itens são vendidos separadamente.

52493_07214103001_PTB.indb 3 6/18/14 2:33 PM

⚠ ADVERTÊNCIA

Qualquer objeto que entre em contato com o sangue humano é uma possível fonte de infecção (veja: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

Por que é importante realizar regularmente testes de glicemia

A realização regular de testes de glicemia pode fazer uma grande diferença no controle diário de seu diabetes. Nós tornamos este procedimento o mais simples possível.

Informações importantes sobre o seu novo monitor de glicemia

- O monitor de glicemia é fornecido com hora e data predefinidas. Pode ser necessário mudar a hora para o horário local.
- Se você seguir as etapas indicadas nestas Instruções de uso, mas continuar com sintomas que não correspondam aos seus resultados de glicemia, ou caso tenha dúvidas, entre em contato com o seu médico.

52493_07214103001_PTB.indb 4 6/18/14 2:33 PM

O monitor de glicemia Accu-Chek Performa Nano

Visão frontal

Visão traseira

Visão do lado esquerdo

Visão do lado direito

(exemplo)

Visão superior

1. **Visor**
   Apresenta resultados, mensagens e resultados de glicemia armazenados na memória.
2. **Fenda para tira-teste**
   Introduza a tira-teste aqui.
3. **Fenda para chip de ativação**
   O chip de ativação já está pré-inserido aqui.
4. **Compartimento das baterias**
5. **Botão liga/desliga/configuração**
   Liga ou desliga o monitor de glicemia e configura as opções.
6. **Chip de ativação**
7. **Botões de seta para a direita e para a esquerda**
   Aperte para acessar a memória, ajustar as configurações e percorrer os vários resultados de glicemia.
8. **Porta para infravermelho (IR)**
   Transfere dados do monitor de glicemia para o computador.

(exemplo)

9. Frasco de tiras-teste*

10. Introduza esta ponta no monitor de glicemia.

11. Janela amarela
Encoste aqui a gota de sangue ou de solução de controle.

12. Frasco da solução de controle*

13. Baterias

*Alguns itens podem não estar incluídos no kit. Esses itens são vendidos separadamente.

Utilização do sistema Accu-Chek Performa Nano

- Utilize apenas tiras-teste Accu-Chek Performa.
- Utilize a tira-teste imediatamente após retirá-la do frasco de tiras-teste.
- Não aplique sangue ou solução de controle na tira-teste antes de introduzi-la no monitor de glicemia.
- Feche bem o frasco de tiras-teste imediatamente após retirar uma tira-teste, a fim de proteger as tiras-teste da umidade do ar.
- Armazene as tiras-teste ainda não usadas no frasco de tiras-teste original com a tampa fechada.
- Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste. Não utilize as tiras-teste após essa data.
- Armazene o frasco de tiras-teste e o monitor de glicemia em local fresco e seco, como por exemplo um quarto.
- Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações sobre as condições de armazenamento das tiras-teste e de funcionamento do sistema.

⚠ ADVERTÊNCIA

Não armazene as tiras-teste em locais com temperatura e umidade elevadas (banheiro ou cozinha)! O calor e a umidade podem danificar as tiras-teste.

NOTA

O seu monitor de glicemia já está codificado e já vem com um chip de ativação **preto** pré-inserido, que você nunca precisará substituir. Mesmo se utilizar tiras-teste de uma embalagem de tiras-teste contendo um chip de outra cor ou com um número de código diferente, você nunca terá que substituir o chip de ativação **preto**.

52493_07214103001_PTB.indb 7 6/18/14 2:33 PM

Funções dos botões

Essas são as funções do botão liga/desliga/configuração e dos botões de seta do monitor de glicemia. Essas funções constam em todas as partes destas instruções de uso. Para mais informações sobre a utilização desses botões durante a configuração do monitor de glicemia, consulte o Capítulo 3, Memória do monitor de glicemia, configuração e transferência de dados.

Botão	Função	Ação
⏻ (botão liga/ desliga/ configuração)	Ligar ou desligar o monitor de glicemia.	Aperte e solte ⏻.
	Acessar o modo de configuração.	Ligue o monitor de glicemia. Aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que **set-up** apareça no visor.
	Confirmar o item escolhido.	Aperte e solte ⏻.
	Sair do modo de configuração a qualquer momento.	Aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que o símbolo piscando da tira-teste apareça no visor.
	Verificar os segmentos no visor. ou	Desligue o monitor de glicemia. Pressione e **mantenha apertado** ⏻ para ver o visor completo. Se um dos segmentos estiver faltando ou diferir da ilustração, não use o monitor de glicemia. Entre em contato com o Accu-Chek Responde.
◁ ▷ (botões de seta para a direita e para a esquerda)	Ajustar as configurações de hora e data, sinal sonoro, lembretes para testes e alarme de hipoglicemia.	Aperte e solte ◁ ou ▷. Pressione e **mantenha apertado** ◁ ou ▷ para percorrer mais rapidamente.
	Acessar a memória.	Aperte e solte ◁ ou ▷.
	Marcar um resultado de glicemia.	Aperte e solte ▷.

52493_07214103001_PTB.indb 8 6/18/14 2:33 PM

Realização de um teste de glicemia com sangue da ponta do dedo

NOTA

Amostras de sangue coletadas da palma da mão são equivalentes a amostras de sangue coletadas da ponta do dedo. Para obter instruções sobre o teste em locais alternativos para testes (LAT) e uma ponteira para LAT para obtenção de sangue da palma da mão, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

⚠ ADVERTÊNCIA

Os resultados de glicemia podem ser exibidos em mg/dL ou mmol/L. A etiqueta na parte de trás do monitor de glicemia mostra a unidade de medida. Se o monitor de glicemia exibir a unidade de medida incorreta, entre em contato com o Accu-Chek Responde. Caso não saiba qual é a unidade de medida correta para você, entre em contato com o seu médico. O uso de uma unidade de medida incorreta pode causar má interpretação do seu nível de glicemia e induzir a um tratamento inadequado.



mg/dL ou mmol/L encontra-se impresso aqui

52493_07214103001_PTB.indb 9 6/18/14 2:33 PM

2 Testes de glicemia

Antes de realizar o seu primeiro teste de glicemia, configure corretamente o monitor de glicemia. Você precisa do monitor de glicemia com um chip de ativação pré-inserido, de uma tira-teste, de um lancetador e de uma lanceta.

1



Lave e seque as mãos.

2

Prepare o lancetador.

3



Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste.
Não utilize as tiras-teste vencidas.

4



Introduza a tira-teste no monitor de glicemia na direção das setas.
O monitor de glicemia irá ligar e emitirá um sinal sonoro.

5



Quando o símbolo da gota de sangue piscar, faça uma punção no dedo com o lancetador.

6



Aperte suavemente o dedo para facilitar o fluxo sanguíneo.
Isso ajuda a obter uma gota de sangue.

7



Encoste a gota de sangue na **borda dianteira** da janela amarela da tira-teste.
Não coloque sangue na parte de cima da tira-teste.
Quando o monitor de glicemia emite um sinal sonoro e a ⌛ começa a piscar, isso significa que a quantidade de sangue na tira-teste já é suficiente.

52493_07214103001_PTB.indb 10 6/18/14 2:33 PM

8

ou

O resultado de glicemia aparecerá no visor.

Para sinalizar o resultado de glicemia com um marcador, deixe a tira-teste no monitor de glicemia. Consulte o Capítulo 2, Sinalização de resultados de glicemia e configuração do lembrete para um teste pós-prandial.

Caso não deseje sinalizar o resultado de glicemia, retire e descarte a tira-teste usada.

Após um teste bem sucedido, o monitor de glicemia se desliga 5 segundos após a retirada da tira-teste.

Realização de um teste de glicemia com sangue da palma da mão, do antebraço ou do braço (locais alternativos para testes, LAT)

Você tem a opção de realizar testes com sangue de outros locais do corpo além da ponta do dedo. Os locais alternativos incluem a palma da mão, o antebraço e o braço.

O sangue obtido da ponta do dedo ou da palma da mão pode ser utilizado a qualquer momento para um teste de glicemia.

Se for usado o sangue do antebraço ou do braço, existem certos momentos em que a realização do teste não é apropriada. Isso ocorre porque o nível de glicemia se altera mais rapidamente na ponta do dedo e na palma da mão do que no antebraço e no braço. Essas diferenças podem induzi-lo a interpretar mal o seu nível de glicemia, levando a um tratamento inadequado e a possíveis efeitos adversos à saúde.

Leia a próxima seção antes de tentar realizar um teste no antebraço ou no braço.

52493_07214103001_PTB.indb 12 6/18/14 2:33 PM

Você pode realizar um teste no antebraço ou no braço	• imediatamente antes de uma refeição. • enquanto estiver em jejum.
Você NÃO deve realizar um teste no antebraço ou no braço	• até 2 horas após uma refeição, quando os valores de glicemia podem subir rapidamente. • após injetar uma insulina de bolus, quando os valores de glicemia podem cair rapidamente. • após a prática de exercícios físicos. • se você estiver doente. • se voce suspeitar que a sua glicemia esta baixa (hipoglicemia). • se às vezes você não percebe quando a sua glicemia está baixa.

Caso tenha interesse em locais alternativos para testes, entre em contato antes com o seu médico. Para obter uma ponteira para LAT e instruções detalhadas sobre LAT, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

Sinalização de resultados de glicemia e configuração do lembrete para um teste pós-prandial

Você pode sinalizar um resultado de glicemia para indicar um evento especial. Se você selecionar um marcador de resultado de teste, este será automaticamente armazenado na memória. Ao revisar os resultados de teste na memória, esses marcadores irão ajudá-lo a lembrar o que havia de diferente em um determinado resultado de teste.

Símbolo	Função
	Marcador pré-prandial A sinalização dos resultados de glicemia com um marcador pré-prandial complementa as informações relacionadas aos seus resultados de teste, auxiliando você e seu médico na gestão da sua diabetes.
	Marcador pré-prandial com lembrete para um teste pós-prandial Quando um resultado pré-prandial é sinalizado com um lembrete para um teste pós-prandial, o monitor de glicemia emite um sinal sonoro 1 ou 2 horas depois do teste de glicemia para lembrá-lo de realizar um teste pós-prandial.
	Marcador pós-prandial A sinalização dos resultados de glicemia com um marcador pós-prandial complementa as informações relacionadas aos seus resultados de teste, auxiliando você e seu médico na gestão da sua diabetes. O marcador de teste pós-prandial aparecerá automaticamente com o resultado de teste se o teste for realizado 15 minutos antes ou depois da hora programada para o lembrete para um teste pós-prandial. Configure para 1 hora ou 2 horas o momento do lembrete para um teste pós-prandial no modo de configuração. O monitor de glicemia emite um sinal sonoro 1 ou 2 horas depois do teste de glicemia pré-prandial para lembrá-lo de realizar um teste pós-prandial.
*	**Marcador genérico** Você pode querer utilizar o marcador genérico para sinalizar um evento, tal como um resultado obtido em um local alternativo para testes ou após a prática de exercícios físicos.

52493_07214103001_PTB.indb 14 6/18/14 2:33 PM

Veja como sinalizar um resultado de teste e iniciar um lembrete para um teste pós-prandial:

1. Realize um teste de glicemia. O resultado de glicemia aparece no visor.
2. Deixe a tira-teste no monitor de glicemia. Aperte e solte ⊳ para alternar entre os marcadores de resultado de teste e o lembrete para um teste pós-prandial.
3. Quando o marcador ou o lembrete para testes que você deseja selecionar aparecer no visor, retire a tira-teste do monitor de glicemia.

Resultados de glicemia incomuns

Se o resultado da sua glicemia não corresponder ao que você sente, verifique esta lista para ajudá-lo a resolver o problema.

Verificação de possíveis fontes de erro	Ação
1. As tiras-teste estavam vencidas?	Descarte as tiras-teste que tiverem ultrapassado a data de validade. Repita o teste de glicemia com uma tira-teste que não esteja vencida.
2. A tampa do frasco de tiras-teste estava bem fechada?	Substitua as tiras-teste caso suspeite que o frasco de tiras-teste tenha ficado destampado por algum tempo. Repita o teste de glicemia.
3. A tira-teste foi utilizada imediatamente após ter sido retirada do frasco de tiras-teste?	Repita o teste de glicemia com uma nova tira-teste.
4. As tiras-teste estavam armazenadas em um local fresco e seco?	Repita o teste de glicemia com uma tira-teste que foi armazenada corretamente.
5. Você seguiu as orientações?	Consulte o Capítulo 2, Testes de glicemia, e repita o teste de glicemia. Se os problemas persistirem, entre em contato com o Accu-Chek Responde.
6. O monitor de glicemia e as tiras-teste estão funcionando devidamente?	Realize um teste de controle. Consulte o Capítulo 4, Realização de um teste de controle, para obter instruções.
7. Suas dúvidas ainda persistem?	Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

52493_07214103001_PTB.indb 15 6/18/14 2:33 PM

Sintomas de glicemia baixa ou alta

Conhecer os sintomas de glicemia baixa ou alta pode ajudá-lo a compreender os seus resultados de teste e decidir o que fazer se eles parecerem incomuns.

Glicemia baixa (hipoglicemia): Os sintomas de glicemia baixa (hipoglicemia) podem ser, entre outros, ansiedade, tremores, suor excessivo, dor de cabeça, aumento do apetite, tontura, palidez, alteração súbita de humor ou irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração, má coordenação motora, palpitações e/ou confusão.

Glicemia alta (hiperglicemia): Os sintomas de hiperglicemia podem ser, entre outros, aumento da sede, micção frequente, visão embaçada, sonolência e/ou perda de peso inexplicada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Se você estiver apresentando qualquer um desses sintomas ou outros sintomas incomuns, realize um teste de glicemia com sangue da ponta do dedo ou da palma da mão. Se o resultado da sua glicemia exibido no visor for LO (baixo) ou HI (alto), entre imediatamente em contato com o seu médico.

52493_07214103001_PTB.indb 16 6/18/14 2:33 PM

Armazenamento dos resultados de glicemia e de controle

O monitor de glicemia armazena automaticamente até 500 resultados de glicemia e até 20 resultados de controle com a hora e a data do resultado, bem como com um marcador de resultado de teste, que você pode rever a qualquer momento. Os resultados de glicemia são armazenados do mais recente para o mais antigo, portanto defina a hora e a data corretamente no monitor de glicemia. As definições corretas da hora e da data ajudam a garantir que você e a equipe de profissionais de saúde que o assiste interpretem corretamente os resultados de glicemia armazenados.

NOTA

- A memória não é perdida quando as baterias são substituídas; mesmo assim, verifique se a hora e a data continuam certas. Consulte o Capítulo 3, Definição da hora e data.
- Quando houver 500 resultados de glicemia na memória, o mais antigo será apagado ao se acrescentar um novo resultado de glicemia.
- Se forem realizados mais do que 500 testes de glicemia em um período de 90 dias, apenas os 500 resultados de teste mais recentes serão incluídos na média de 90 dias.
- Os resultados de controle são armazenados na memória, mas não podem ser visualizados novamente no monitor de glicemia. Para visualizar os resultados de controle armazenados, transfira-os primeiro para um aplicativo de software compatível. Para saber sobre a disponibilidade dos produtos, entre em contato com o Accu-Chek Responde.
- Os resultados de controle não são incluídos nas médias de 7, 14, 30 e 90 dias.
- Somente os resultados de glicemia que foram assinalados com um marcador pré-prandial ou pós-prandial são incluídos nas médias pré e pós-prandiais. Todos os resultados de glicemia são incluídos nas médias gerais de 7, 14, 30 e 90 dias.

52493_07214103001_PTB.indb 17 6/18/14 2:33 PM

Visualização dos resultados de glicemia na memória

Com o monitor de glicemia ligado ou desligado, aperte e solte ◁ ou ▷ para acessar a memória. O resultado de teste mais recente aparecerá no visor.

Botão	Função	Ação
◁ (botão de seta para a esquerda)	Resultados de glicemia anteriores	Aperte ◁ para visualizar os resultados de glicemia anteriores a partir dos mais recentes para os mais antigos.
▷ (botão de seta para a direita)	Médias gerais	Aperte ▷ para visualizar as médias de 7, 14, 30 e 90 dias. n = número de resultados de glicemia da média 
▷ (botão de seta para a direita)	Médias pré-prandiais Médias pós-prandiais	Continue a apertar ▷ para visualizar as médias pré e pós-prandiais de 7, 14, 30 e 90 dias.

⚠ ADVERTÊNCIA

Não mude o seu tratamento com base em um único resultado de glicemia armazenado na memória. Entre em contato com o seu médico antes de mudar o seu tratamento com base em resultados de glicemia armazenados na memória.

Utilização do modo de configuração

Os seguintes recursos podem ser personalizados conforme necessário.

Símbolo	Função	Ação	Configuração de fábrica
	Hora e data	Defina a hora e a data.	
	Sinal sonoro	Selecione **On** (ligado) ou **OFF** (desligado). A definição do sinal sonoro para **OFF** (desligado) não afetará os resultados de glicemia. O sinal sonoro deve estar em **On** para que a função de lembrete para testes seja usada.	On
	Lembrete para um teste pós-prandial	Selecione 1 hora ou 2 horas. O monitor de glicemia emite um sinal sonoro 1 ou 2 horas depois do teste de glicemia pré-prandial para lembrá-lo de realizar um teste pós-prandial.	2Hr
	Lembretes para testes	Selecione **On** (ligado) ou **OFF** (desligado). Você pode definir até 4 lembretes para testes por dia.	A-1 8:00 am A-2 12:00 pm (meio-dia) A-3 6:00 pm A-4 10:00 pm
	Alarme de hipoglicemia	Selecione **On** (ligado) ou **OFF** (desligado). O alarme de hipoglicemia pode ser configurado para um nível entre 50 e 90 mg/dL ou 2,8 e 5,0 mmol/L, para avisá-lo quando a sua glicemia estiver possivelmente baixa demais.	OFF

Definição da hora e data

1	2	3	4
Aperte e solte ⏻ (botão liga/desliga/configuração) para ligar o monitor de glicemia. O símbolo da tira-teste piscando aparece no visor.	 Aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que **set-up** apareça no visor. A hora irá piscar.	Aperte e solte ◁ ou ▷ para retroceder ou avançar a hora. Aperte e solte ⏻ para confirmar a hora. Os minutos começam a piscar.	Repita o passo 3 para definir os minutos, o período do dia (am/pm: antes ou após o meio-dia), o dia, o mês e o ano. Para configurar mais opções, aperte e solte ⏻. Para sair, aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que o símbolo piscando da tira-teste apareça no visor.

Configuração On/OFF (liga/desliga) do sinal sonoro

NOTA

O sinal sonoro avisa:

- que você deve aplicar sangue ou solução de controle na tira-teste.
- quando a tira-teste absorveu uma quantidade suficiente de sangue ou de solução de controle.
- quando o teste de glicemia ou de controle está concluído.
- quando um botão é apertado.
- quando está na hora de realizar um teste (se você tiver ativado os lembretes para testes ou o lembrete para um teste pós-prandial).
- se ocorreu um erro durante um teste de glicemia ou de controle (mesmo que o sinal sonoro esteja desativado, ele ainda emite um sinal sonoro quando ocorre um erro).

1

Aperte e solte ⏻ para ligar o monitor de glicemia.

O símbolo da tira-teste piscando aparece no visor.

Aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que **set-up** apareça no visor.

2

Aperte e solte ⏻ várias vezes até que o símbolo piscando do sinal sonoro e **On** ou **OFF** apareçam no visor.

3

Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar **On** ou **OFF**.

Para configurar mais opções, aperte e solte ⏻.

Para sair, aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que o símbolo piscando da tira-teste apareça no visor.

Configuração do lembrete para um teste pós-prandial

NOTA

O lembrete para um teste pós-prandial:

- emite um sinal sonoro 1 ou 2 horas depois do teste de glicemia para lembrá-lo de realizar um teste pós-prandial.
- emite um sinal sonoro a cada 2 minutos por até 3 vezes.
- desliga quando se introduz uma tira-teste ou se aperta qualquer botão.
- Se tiver sido realizado um teste no intervalo de 15 minutos antes de um lembrete para testes, o lembrete não será emitido.
- Se o monitor de glicemia estiver ligado no horário do lembrete para testes, o lembrete não será emitido.
- A exposição a baixas temperaturas pode desativar os lembretes para testes até que o monitor de glicemia seja ligado.

1

Aperte e solte ⓘ para ligar o monitor de glicemia.

O símbolo da tira-teste piscando aparece no visor.

Aperte e **mantenha apertado** ⓘ até que **set-up** apareça no visor.

2



Aperte e solte ⓘ várias vezes até que **set-up** e **1Hr** ou **2Hr** piscando apareçam no visor.

3

Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar **1Hr** ou **2Hr**.

Aperte e solte ⓘ para confirmar a opção.

Para configurar mais opções, aperte e solte ⓘ.

Para sair, aperte e **mantenha apertado** ⓘ até que o símbolo piscando da tira-teste apareça no visor.

O visor tem esta aparência quando um lembrete para um teste pós-prandial é emitido.

Configuração dos lembretes para testes

NOTA

Os lembretes para testes:

- emitem um sinal sonoro todos os dias na mesma hora.
- emitem um sinal sonoro a cada 2 minutos por até 3 vezes.
- desligam quando se introduz uma tira-teste ou se aperta qualquer botão.
- Se tiver sido realizado um teste no intervalo de 15 minutos antes de um lembrete para testes, o lembrete não será emitido.
- Se o monitor de glicemia estiver ligado no horário do lembrete para testes, o lembrete não será emitido.
- A exposição a baixas temperaturas pode desativar os lembretes para testes até que o monitor de glicemia seja ligado.
- Se um lembrete para testes for desativado no modo de configuração, todos os lembretes para testes subsequentes também serão desativados. Por exemplo, se você definir A-1 mas desativar A-2, então A-3 e A-4 serão automaticamente desativados.

1

Aperte e solte ⓘ para ligar o monitor de glicemia.

O símbolo da tira-teste piscando aparece no visor.

Aperte e **mantenha apertado** ⓘ até que **set-up** apareça no visor.

2



Aperte e solte ⓘ várias vezes até que o símbolo do sino, **OFF**, **set-up** e **A-1** piscando apareçam no visor.

3

Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar **On** ou **OFF**.

Aperte e solte ⓘ para confirmar a sua escolha.

Se você selecionar **On**, a hora começa a piscar.

4

Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar a hora.

Aperte e solte ⓘ para confirmar a hora.

Os minutos começam a piscar.

5	6	7
Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar **00**, **15**, **30** ou **45**. Estas são as únicas opções. Aperte e solte ⓘ para confirmar os minutos. A indicação **am** ou **pm** começa a piscar.	Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar **am** ou **pm**. Aperte e solte ⓘ para confirmar **am** ou **pm**. O símbolo do sino, **OFF** e **A-2** piscando aparecem no visor.	Configure o lembrete para testes **A-2** ou, então, aperte e solte ⓘ para configurar mais opções. Para sair, aperte e **mantenha apertado** ⓘ até que o símbolo piscando da tira-teste apareça no visor.

Configuração do alarme de hipoglicemia

⚠ ADVERTÊNCIA

- Esta função não substitui as instruções do seu médico relativas à hipoglicemia.
- **Usuário individual:** Antes de configurar o alarme de hipoglicemia, entre em contato com o seu médico para ajudá-lo a decidir qual o nível de glicemia que representa o seu nível de hipoglicemia.
- **Profissionais de saúde:** O nível de hipoglicemia pode variar de pessoa para pessoa. É recomendável desativar o alarme de hipoglicemia, definindo-o para **OFF**, quando o monitor de glicemia é utilizado em âmbito profissional.

1

Aperte e solte ⏻ para ligar o monitor de glicemia.

O símbolo da tira-teste piscando aparece no visor.

Aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que **set-up** apareça no visor.

2

Aperte e solte ⏻ várias vezes até que **set-up**, **OFF** e ⓘ piscando apareçam no visor.

3



Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar **On** ou **OFF**.

Aperte e solte ⏻ para confirmar a sua escolha.

Se você selecionar **On**, **set-up** aparece e ⓘ começa a piscar.

4

Aperte e solte ◁ ou ▷ para selecionar o nível.

Aperte e solte ⏻ para confirmar o nível.

Para sair, aperte e **mantenha apertado** ⏻ até que o símbolo piscando da tira-teste apareça no visor.

O modo de configuração está concluído.

Transferência dos seus resultados para um computador

Nós oferecemos uma série de softwares para ajudá-lo a transferir seus resultados. Para informações sobre os softwares Accu-Chek, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

Os seus resultados armazenados na memória podem ser transferidos para um computador para acompanhamento, identificação de padrões e impressão.

⚠ ADVERTÊNCIA

Não se recomenda a transferência de dados em instalações de saúde porque não existem meios de identificar os resultados por paciente.

Transferência de dados diretamente para um computador utilizando software especializado e um cabo de infravermelho

1. Instale o software de acordo com as instruções.
2. Para transferir os resultados para um computador, conecte o cabo de infravermelho de acordo com as instruções.
3. Execute o programa de software e siga as instruções para a transferência de dados. Certifique-se de que o software esteja pronto para aceitar os dados do monitor de glicemia.
4. Com o monitor de glicemia desligado, aperte e **mantenha apertados** ◁ e ▷ até que 2 setas apareçam no visor piscando alternadamente.
5. Localize a porta para infravermelho (IR) na parte superior do monitor de glicemia.
6. Localize a porta para IR no cabo de infravermelho.
7. Coloque o monitor de glicemia sobre uma superfície plana. Posicione as 2 portas para IR viradas uma para a outra. Elas devem ficar a uma distância de 3 a 10 cm entre si.
8. Não movimente o cabo de infravermelho nem o monitor de glicemia durante a transferência dos dados.
9. Siga as instruções do software.
10. O programa de software pode desligar o monitor de glicemia automaticamente após ser concluída a transferência de dados. Caso isso não ocorra, siga as instruções que aparecem na tela do computador.

NOTA

- Se os dados não forem transferidos com sucesso, tente novamente. Se os problemas persistirem, entre em contato com o Accu-Chek Responde.
- Para utilizar a função de transferência da melhor forma possível, certifique-se de que a hora e a data do monitor de glicemia estejam definidas corretamente.

52493_07214103001_PTB.indb 26 6/18/14 2:33 PM

Quando realizar um teste de controle

Os testes de controle informam se o monitor de glicemia e as tiras-teste estão funcionando devidamente. Você deve realizar um teste de controle quando:

- abrir uma nova embalagem de tiras-teste.
- tiver deixado aberto o frasco de tiras-teste.
- suspeitar que as tiras-teste estão danificadas.
- desejar verificar o monitor de glicemia e as tiras-teste.
- as tiras-teste tiverem sido armazenadas sob temperaturas extremas, umidade elevada ou ambas.
- o monitor de glicemia tiver sofrido uma queda.
- o resultado de glicemia não corresponder ao que você sente.
- você quiser verificar se os testes estão sendo realizados corretamente.

Sobre a solução de controle

- Utilize apenas a solução de controle Accu-Chek Performa.
- Feche bem o frasco da solução de controle após a utilização.
- Ao abrir um novo frasco de solução de controle, escreva a data de abertura no rótulo do frasco. A solução de controle deve ser descartada 3 meses após a abertura do frasco da solução de controle (data de descarte) ou na data de validade indicada no rótulo do frasco, o que ocorrer primeiro.
- Não utilize uma solução de controle que tenha ultrapassado a data de validade ou a data de descarte.
- Consulte o folheto informativo que acompanha a solução de controle para informações sobre as condições para o armazenamento da solução de controle.
- O monitor de glicemia reconhece automaticamente a diferença entre a solução de controle e o sangue.
- Os resultados de controle não são exibidos na memória.
- A solução de controle pode manchar a roupa. Remova manchas lavando a roupa com água e sabão.

52493_07214103001_PTB.indb 27 6/18/14 2:33 PM

Realização de um teste de controle

Você precisa do monitor de glicemia com um chip de ativação pré-inserido, de uma tira-teste e da solução de controle de nível 1, de nível 2 ou ambas. O nível de controle está impresso no rótulo do frasco.

1

Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste. Não utilize as tiras-teste vencidas.

2



Introduza a tira-teste no monitor de glicemia na direção das setas.

Coloque o monitor de glicemia sobre uma superfície plana.

3

Selecione a solução de controle a ser testada. Você indicará o nível em uma etapa mais avançada do teste.

4

Retire a tampa do frasco da solução de controle. Limpe a ponta do frasco com uma toalha de papel.

Aperte o frasco até que se forme uma pequena gota na ponta.

5

Encoste a gota na **borda dianteira** da janela amarela da tira-teste até que ⌛ comece a piscar.

Não coloque a solução de controle na parte de cima da tira-teste.

Quando ⌛ começa a piscar, isso significa que a quantidade de solução de controle na tira-teste já é suficiente.

6

Limpe a ponta do frasco com uma toalha de papel. Feche bem o frasco.

7

(exemplo)

Aperte ▷ uma vez para sinalizar o resultado de controle como nível 1. Aperte ▷ uma segunda vez para sinalizar o resultado de controle como nível 2.

O resultado de controle, o símbolo do frasco e um **L** piscando aparecem no visor. Não retire ainda a tira-teste.

8

(exemplo)

Aperte e solte ⓘ para confirmar o nível de controle no monitor de glicemia.

OK e o resultado de controle se alternam no visor se o resultado de controle estiver dentro da faixa aceitável. **Err** e o resultado de controle se alternam no visor se o resultado de controle não estiver dentro da faixa aceitável.

Retire e descarte a tira-teste usada.

Após um teste bem sucedido, o monitor de glicemia se desliga 5 segundos após a retirada da tira-teste.

Interpretação de resultados de controle fora da faixa aceitável

⚠ ADVERTÊNCIA

As faixas de controle estão impressas no rótulo do frasco de tiras-teste. Se o resultado de controle estiver fora da faixa aceitável, verifique esta lista para ajudá-lo a resolver o problema.

Verificação de possíveis fontes de erro	Ação
1. As tiras-teste ou as soluções de controle estavam vencidas?	Descarte as tiras-teste ou a solução de controle que tiverem ultrapassado a data de validade. Se a solução de controle foi aberta há mais de 3 meses, descarte-a. Repita o teste de controle com uma tira-teste e uma solução de controle que não estejam vencidas.
2. Você limpou a ponta do frasco da solução de controle antes do uso?	Limpe a ponta do frasco com uma toalha de papel. Repita o teste de controle com uma nova tira-teste e uma nova gota da solução de controle.
3. As tampas do frasco de tiras-teste e do frasco da solução de controle estavam sempre bem fechadas?	Substitua as tiras-teste ou a solução de controle caso suspeite que tenham ficado destampadas por algum tempo. Repita o teste de controle.
4. A tira-teste foi utilizada imediatamente após ter sido retirada do frasco de tiras-teste?	Repita o teste de controle com uma nova tira-teste e uma nova gota da solução de controle.
5. As tiras-teste e as soluções de controle estavam armazenadas em um local fresco e seco?	Repita o teste de controle com uma tira-teste e uma solução de controle que foram armazenadas corretamente.
6. Você seguiu as orientações?	Consulte o Capítulo 4, Testes de controle, e repita o teste de controle.
7. Você selecionou o nível correto da solução de controle, ou seja, nível 1 ou 2, ao realizar o teste de controle?	Se você selecionou o nível errado da solução de controle, ainda é possível comparar o resultado de controle com a faixa impressa no frasco de tiras-teste.
8. Suas dúvidas ainda persistem?	Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

52493_07214103001_PTB.indb 30 6/18/14 2:33 PM

Manutenção do monitor de glicemia

Sempre que é ligado, o monitor de glicemia testa automaticamente os seus próprios sistemas e informa qualquer anormalidade ao usuário. Consulte o Capítulo 5, Mensagens do visor e mensagens de erro.

Se você derrubar o monitor de glicemia ou suspeitar que os resultados não sejam exatos, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

Substituição das baterias

1

Use o seu polegar para fazer deslizar o compartimento das baterias para fora do monitor de glicemia.

2

Retire as baterias antigas e coloque as novas no compartimento das baterias com o **lado (+) para baixo**.

3

Volte a colocar o compartimento das baterias na sua posição até que encaixe no lugar. O monitor de glicemia, quando é ligado, solicita uma confirmação de hora e data.

NOTA

- O monitor de glicemia utiliza duas baterias de lítio de 3 volts, tipo botão CR2032. Esse tipo de bateria pode ser encontrado em várias lojas. Recomenda-se ter baterias de reserva.
- Substitua sempre ambas as baterias no mesmo momento e com a mesma marca.

Limpeza do monitor de glicemia

Mantenha o monitor de glicemia livre de pó. Se for necessário limpá-lo ou desinfetá-lo, siga cuidadosamente estas instruções para obter o melhor desempenho possível.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não permita a entrada de qualquer líquido nas aberturas do monitor de glicemia.
- Não borrife soluções de limpeza diretamente no monitor de glicemia.
- Não mergulhe o monitor de glicemia em líquidos.

1. Certifique-se de que o monitor de glicemia esteja desligado.
2. Limpe cuidadosamente a superfície do monitor de glicemia com um pano macio levemente umedecido (elimine o excesso de líquido) com uma das seguintes soluções de limpeza:
   - Álcool isopropílico a 70 %
   - Detergente neutro para lavagem de louça, misturado com água
   - Solução de água sanitária de uso doméstico a 10 % (1 parte de água sanitária e 9 partes de água) preparada no mesmo dia

52493_07214103001_PTB.indb 32 6/18/14 2:33 PM

Mensagens do visor e mensagens de erro

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Nunca interfira no tratamento com base em uma mensagem de erro.**
- Se você tiver alguma dúvida ou caso apareça qualquer outra mensagem de erro, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

Visor	Ação
O monitor de glicemia não liga ou o visor não mostra nada.	• As baterias estão esgotadas. Introduza novas baterias. • O visor está danificado. Entre em contato com o Accu-Chek Responde. • O monitor de glicemia está com defeito. Entre em contato com o Accu-Chek Responde. • Temperaturas extremas. Leve o monitor de glicemia para um local com temperatura mais moderada.
	As baterias estão fracas. Substitua as baterias o mais rápido possível.
set-up 10:38 am 12-11	O monitor de glicemia está no modo de configuração, aguardando que você altere ou confirme as definições.
	O monitor de glicemia está pronto para receber uma tira-teste.
	O monitor de glicemia está pronto para receber uma gota de sangue ou de solução de controle.
HI	A glicemia pode estar acima da faixa de medição do sistema. Consulte o Capítulo 2, Resultados de glicemia incomuns.
LO	A glicemia pode estar abaixo da faixa de medição do sistema. Consulte o Capítulo 2, Resultados de glicemia incomuns.
!	A glicemia está abaixo do nível de hipoglicemia (glicemia baixa) definido. Consulte o Capítulo 2, Resultados de glicemia incomuns.

Visor	Ação
*	Este resultado de teste foi assinalado com um marcador genérico.
	Este resultado de teste foi assinalado com um marcador pré-prandial.
	Este resultado de teste foi assinalado com um marcador pós-prandial.
	Este resultado de teste foi assinalado com um marcador pré-prandial, e o lembrete para um teste pós-prandial foi ativado.
10:38am 12-11 code	Falta o chip de ativação. Desligue o monitor de glicemia e introduza o chip de ativação. Caso precise de um chip de ativação, entre em contato com o Accu-Chek Responde.
code exp	Esta mensagem pode aparecer quando está sendo utilizado um chip de código branco no monitor de glicemia. Ela significa que as tiras-teste são válidas até o final do mês corrente. No final do mês, descarte o chip de ativação branco e todas as tiras-teste restantes. Introduza um chip de ativação preto. Certifique-se de que a hora e a data do monitor de glicemia estão corretas.
E-1	A tira-teste pode estar danificada ou não foi introduzida adequadamente. Retire a tira-teste e introduza-a novamente ou, se danificada, substitua-a.
E-2	O chip de ativação está incorreto. Desligue o monitor de glicemia e introduza um novo chip de ativação. Caso precise de um chip de ativação, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

Visor	Ação

E-3	Sua glicemia pode estar extremamente alta ou ocorreu algum erro no monitor de glicemia ou na tira-teste.
	• Se o resultado de glicemia corresponder ao que você sente, entre imediatamente em contato com o seu médico.
	• Se o resultado de glicemia não corresponder ao que você sente, repita o teste de glicemia. Consulte o Capítulo 2, Resultados de glicemia incomuns.
	  • Se o código E-3 continuar aparecendo após você ter realizado o teste de glicemia, o resultado da sua glicemia pode estar extremamente alto e acima da faixa de leitura do sistema. **Entre imediatamente em contato com o seu médico.**
	  • Se o segundo resultado de teste não confirmar o que você sente, realize um teste de controle utilizando a solução de controle e uma tira-teste nova.
	  • Se o resultado de controle estiver dentro da faixa aceitável, reveja o procedimento adequado para realizar o teste e repita o teste de glicemia com uma tira-teste nova.
	  • Se o resultado de controle não estiver dentro da faixa aceitável, consulte o Capítulo 4, Interpretação de resultados de controle fora da faixa aceitável.

E-4	A quantidade de sangue ou de solução de controle absorvida pela tira-teste foi insuficiente para a medição ou foi aplicada após o início do teste. Descarte a tira-teste e repita o teste de glicemia ou de controle.
E-5	Esta mensagem pode aparecer quando está sendo utilizado um chip de código branco no monitor de glicemia. Ela significa que o chip de código branco é de um lote de tiras-teste que já ultrapassou a data de validade. Desligue o monitor de glicemia e introduza um chip de ativação preto. Certifique-se de que a hora e a data do monitor de glicemia estão corretas.
E-6	Foi aplicado sangue ou solução de controle na tira-teste antes de aparecer o símbolo da gota piscando no visor. Descarte a tira-teste e repita o teste de glicemia ou de controle.

Visor	Ação
E-7	Ocorreu um erro eletrônico ou, em casos raros, uma tira-teste usada foi retirada e introduzida novamente. Desligue e ligue o monitor de glicemia, ou retire as baterias durante 20 segundos e introduza-as novamente. Realize um teste de glicemia ou de controle.
E-8	A temperatura está acima ou abaixo da faixa apropriada para o sistema. Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações sobre as condições de funcionamento do sistema. Vá para um local com as condições apropriadas, aguarde 5 minutos e repita o teste de glicemia ou de controle. Não aqueça nem resfrie artificialmente o monitor de glicemia.
E-9	As baterias estão quase descarregadas. Troque as baterias agora. Se a mensagem reaparecer depois de as baterias terem sido substituídas, retire o compartimento das baterias do monitor de glicemia, aperte qualquer botão do monitor de glicemia e, então, introduza o compartimento das baterias novamente no seu lugar.
E-10	As definições de hora e data podem estar incorretas. Certifique-se de que a hora e a data estejam corretas e ajuste-as, se necessário.

52493_07214103001_PTB.indb 36 6/18/14 2:33 PM

Limitações do produto

Consulte o folheto informativo incluído na embalagem das tiras-teste e da solução de controle para obter as informações mais recentes sobre as especificações e limitações do produto.

Especificações	
Volume de sangue **Tipo de amostra** **Duração do teste** **Faixa de medição** **Condições para o armazenamento das tiras-teste** **Condições de funcionamento do sistema** **Faixa de umidade relativa do ar para o funcionamento**	Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste.
Condições para o armazenamento do monitor de glicemia	Temperatura: -25 a 70 ºC
Capacidade da memória	500 resultados de glicemia e 20 resultados de controle com hora e data
Desligamento automático	2 minutos
Alimentação elétrica	Duas baterias de lítio de 3 volts (tipo botão CR2032)
Visor	LCD
Dimensões	69 × 43 × 20 mm (CLA)
Peso	Aprox. 40 g (com baterias)
Construção	Portátil
Classe de proteção	III
Tipo de monitor	O monitor de glicemia Accu-Chek Performa Nano é apropriado para operação contínua.
Condições para o armazenamento da solução de controle	Consulte o folheto informativo que acompanha a solução de controle.

52493_07214103001_PTB.indb 37 6/18/14 2:33 PM

Compatibilidade eletromagnética – Este monitor de glicemia atende aos requisitos de imunidade eletromagnética em conformidade com o Anexo A da EN ISO 15197. A base escolhida para os testes de imunidade de descarga eletrostática foi a IEC 61000-4-2 padrão básica. Além disso, o monitor de glicemia atende aos requisitos de emissões eletromagnéticas em conformidade com a EN 61326. A emissão eletromagnética do monitor de glicemia é, portanto, baixa. Não se prevê a interferência do monitor de glicemia em outro equipamento movido a energia elétrica.

Análise do desempenho – Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste.

Princípio do teste – Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste.

Informações de segurança do produto

⚠ ADVERTÊNCIA

- Perigo de asfixia. Peças pequenas. Conserve fora do alcance de crianças com idade inferior a 3 anos.
- Campos eletromagnéticos muito intensos podem interferir no bom funcionamento do monitor de glicemia. Não utilize o monitor de glicemia próximo a fontes de radiação eletromagnética forte.
- Para evitar descarga eletrostática, não utilize o monitor de glicemia em ambiente muito seco, especialmente se materiais sintéticos estiverem presentes.

Descarte do monitor de glicemia

⚠ ADVERTÊNCIA

- Durante o teste de glicemia, o próprio monitor de glicemia pode entrar em contato com sangue. Por esse motivo, os monitores de glicemia usados representam um risco de infecção. Antes de descartar o monitor de glicemia, remova a bateria ou as baterias. Descarte monitores de glicemia usados de acordo com os regulamentos nacionais aplicáveis. Entre em contato com as autoridades locais competentes para obter informações sobre a forma correta de descartá-los.
- O monitor de glicemia está fora do âmbito da Diretiva Europeia 2002/96/CE – Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).
- Descarte as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais relativos ao meio ambiente.

52493_07214103001_PTB.indb 38 6/18/14 2:33 PM

Explicação dos símbolos

Estes símbolos podem encontrar-se na embalagem, na placa de identificação e nas instruções do monitor de glicemia Accu-Chek Performa Nano.

	Consulte as instruções de uso
	Atenção, consulte as indicações de segurança nas instruções de uso do dispositivo.
	Limites de temperatura (armazene a)
	Fabricante
REF	Número de referência
IVD	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
CE 0088	Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.
	3 volts tipo botão CR2032

Garantia

Deverão prevalecer as disposições legislativas obrigatórias que regem a venda de bens de consumo no país de compra.

Materiais adicionais

Tiras-teste
Tiras-teste Accu-Chek Performa

Soluções de controle
Soluções de controle Accu-Chek Performa

Informações para profissionais de saúde

⚠ ADVERTÊNCIA

Profissionais de saúde: Seguir os procedimentos de controle de infecções apropriados para a sua instituição. Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações adicionais para profissionais de saúde.

52493_07214103001_PTB.indb 40 6/18/14 2:33 PM

Manuseio das amostras

Sempre use luvas quando manusear itens contaminados com sangue. Sempre adote procedimentos reconhecidos para o manuseio de objetos potencialmente contaminados com material humano. Siga a política de higiene e segurança do seu laboratório ou instituição. Prepare o local de coleta de sangue selecionado em conformidade com as normas do estabelecimento.

Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações adicionais acerca dos tipos de amostra aceitáveis, anticoagulantes e instruções de uso.

Recomendação de locais alternativos para testes a pacientes

As decisões sobre a recomendação de locais alternativos para testes (LAT) devem levar em consideração a motivação e o nível de conhecimento do paciente e a sua capacidade de compreender as considerações relacionadas ao diabetes e aos LAT. Ao considerar a recomendação de LAT aos pacientes, é necessário compreender que há a possibilidade de haver diferenças significativas entre os resultados de glicemia com sangue coletado da ponta do dedo ou da palma da mão e com sangue coletado do antebraço ou do braço. As diferenças na concentração do leito capilar e na perfusão sanguínea em todo o corpo podem acarretar diferenças nos resultados de glicemia, conforme o local da coleta das amostras. Esses efeitos fisiológicos variam entre indivíduos e podem variar em um mesmo indivíduo com base no seu comportamento e estado físico relativo.

Nossos estudos sobre locais alternativos para testes em adultos com diabetes mostram que a maioria das pessoas observa que seus níveis de glicemia se alteram mais rapidamente no sangue coletado da ponta dos dedos ou da palma das mãos do que no sangue coletado do antebraço ou do braço.* Isso é especialmente importante quando os níveis de glicemia estão diminuindo ou aumentando rapidamente. Se o seu paciente está habituado a tomar decisões terapêuticas com base em resultados de teste na ponta dos dedos ou na palma das mãos, ele deve levar em consideração o atraso, ou lapso de tempo, que afeta os resultados de teste obtidos com sangue coletado do antebraço ou do braço.

*Dados em arquivo

6 Informações técnicas

52493_07214103001_PTB.indb 42 6/18/14 2:33 PM

Índice remissivo

A
alarme de hipoglicemia, configuração 25

B
baterias, instalação 31
baterias, substituição 31
botão liga/desliga/configuração 5, 8

C
compartimento das baterias 5, 31
computador, transferência de resultados para um 26
configurações, monitor de glicemia 19

D
data de validade 7, 27

E
especificações do produto 37

G
garantia 40
glicemia alta 16
glicemia baixa 16

H
hiperglicemia 16
hipoglicemia 16
hora e data, definição 20

I
informações de segurança do produto 38
informações técnicas 37

L
lembrete para um teste pós-prandial 14, 22
lembretes para testes, configuração 23
limitações do produto 37
limpeza do monitor de glicemia 32
locais alternativos para testes 12, 41

M
manutenção do monitor de glicemia 31
marcador genérico 14
marcador pós-prandial 14
marcador pré-prandial 14
materiais 40
memória do monitor de glicemia 17
mensagens de erro 34
mensagens do visor 33
monitor de glicemia, descarte 38
monitor de glicemia, limpeza 32

P
profissionais de saúde 40

R
resultados de controle fora da faixa aceitável, interpretação 30
resultados de glicemia incomuns 15

S
símbolos 39
sinalização de resultados de glicemia 14
sinal sonoro, configuração 21
sintomas, hipoglicemia/hiperglicemia 16
solução de controle 27
solução de problemas 33

T
teste de controle, realização 28
teste de glicemia 10
tipo de bateria 31, 37
tiras-teste 7

V
verificação do visor 8

52493_07214103001_PTB.indb 43 6/18/14 2:33 PM

Índice remissivo

52493_07214103001_PTB.indb 44 6/18/14 2:33 PM

ZHT

目錄

說明 3
第1章：您的新系統 5
第2章：血糖檢測 9
第3章：血糖機檢測值記錄、設定和資料傳輸 17
第4章：質控檢測 27
第5章：維修與疑難排解 31
第6章：技術資訊 37
索引 43

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
“Holding Area” text, box and rules do not print.

Roche USA –52493 - 07214103001_01 V2/1 – Black

Roche USA –52493 - 07214103001_01 V2/2 – PMS 287 CVC 30%

52493_07214103001_ZHT.indb 1 6/18/14 4:06 PM

52493_07214103001_ZHT.indb 2 6/18/14 4:06 PM

Accu-Chek Performa Nano系統

Accu-Chek Performa Nano血糖機設計與Accu-Chek Performa卓越血糖試紙配合使用，適用於定量檢測新鮮靜脈血、動脈血、新生兒血和微血管全血中的血糖，作為有效的血糖監控之用。血糖檢測用的微血管檢體樣本可採自指尖和被准許的其它部位（例如前臂）。請參閱本使用者手冊「其它部位採血檢測法（AST）」一節，以瞭解准許的其它部位和相關限制。Accu-Chek Performa Nano血糖機與Accu-Chek Performa卓越血糖試紙配合，提供完整的檢測系統，供專業醫護人員於臨床環境下或糖尿病患者於家居環境中，進行體外診斷檢測。本系統並不適用於診斷或篩檢各類型糖尿病之用。專業醫護人員採集血樣和準備工作，請參閱試紙包裝盒內的說明書。

僅可搭配Accu-Chek Performa卓越試紙和質控液使用。

適用於糖尿病患者自我檢測血糖

本系統包含：

- **Accu-Chek Performa Nano血糖機及預先插入的啟動牌**
- **Accu-Chek Performa卓越血糖試紙***
- **Accu-Chek Performa卓越質控液***

*有些物品可能不包含在本套組中。這些需要另購。

⚠ **警告**

任何曾與人類血液接觸的物體，都會是潛在的感染源（請參閱：Clinical and Laboratory Standards Institute:Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005）。

為什麼定期檢測血糖很重要

若能定期檢測您的血糖，對您每天的糖尿病管理將能發揮顯著的功效。我們已將檢測血糖的方法儘可能簡化。

關於新血糖機的重要資訊

- 本血糖機出廠時已設定好時間與日期。使用前請將時間改為您的當區時間。
- 如果您已依照本手冊中的步驟進行檢測，但發現自己似乎有與檢測值不符合的症狀，或是有任何疑問，都請與專業醫護人員聯絡。

52493_07214103001_ZHT.indb 4 6/18/14 4:06 PM

Accu-Chek Performa Nano血糖機

正視圖　背面圖　左側視圖　右側視圖

（範例）　頂視圖

1. **顯示幕**
   顯示檢測值、訊息和儲存的檢測值記錄。
2. **試紙槽**
   在此插入試紙。
3. **啟動牌槽**
   啟動牌預先插入此處。
4. **電池盒**
5. **開關／設定鍵**
6. **啟動牌**
7. **右箭頭鍵和左箭頭鍵**
   按壓以便進入檢測值記錄、調整設定，並用來捲動瀏覽檢測值。
8. **紅外線傳輸埠**
   將血糖機資料傳輸到電腦。

（範例）

9. **試紙瓶***

10. 將此端插入血糖機。

11. **黃色反應區**
用此處碰觸血滴或質控液。

12. **質控液瓶***

13. **電池**

*有些物品可能不包含在本套組中。這些需要另購。

52493_07214103001_ZHT.indb 6 6/18/14 4:06 PM

使用Accu-Chek Performa Nano系統

- 只能使用Accu-Chek Performa卓越血糖試紙。
- 試紙從試紙瓶取出後，應立即使用。
- 試紙插入血糖機前，請勿將血液或質控液沾在試紙上。
- 每次取出試紙後，應立即蓋緊試紙瓶蓋，以免試紙受潮。
- 請將未用過的試紙保存在原包裝試紙瓶中，並密閉瓶蓋。
- 檢查試紙瓶上的保存期限。請勿使用過期試紙。
- 請將試紙瓶與血糖機存放在乾燥涼爽之處，例如臥室。
- 請參閱試紙説明書上的存放條件和系統操作條件。

⚠ 警告

請勿將試紙存放在高溫和潮濕的地方（如浴室或廚房）！高温和潮濕會損壞試紙。

備註

您的血糖機已經內建有密碼，並預先插入**黑色**啟動牌。這個啟動牌永遠不需要更換。即使新的試紙盒裡有其它不同顏色的密碼牌或不同的密碼，您也無須再次更換**黑色**啟動牌。

按鍵功能

下列為血糖機上的開關／設定鍵和箭頭鍵的功能。本使用者手冊中會使用這些功能。更多使用這些按鍵設定血糖機的資訊請參閱第3章「血糖機檢測值記錄、設定和資料傳輸」。

按鍵	功能	行動
⏻ （開關／設定鍵）	開啟或關閉血糖機。	按下又放開⏻。
	進入設定模式。	開啟血糖機。按下並**按住**⏻直到顯示幕上出現**set-up**（設定）為止。
	確認所選擇的功能。	按下又放開⏻。
	隨時離開設定模式。	按下並**按住**⏻直到顯示幕上出現閃爍的試紙符號為止。
	檢查顯示幕的各顯示部分。 或 	關閉血糖機。按下並**按住**⏻查看整個顯示幕。 如果有一個顯示部分缺失或是與圖片不同，請勿使用本血糖機。聯絡客戶服務部。
◁ ▷ （右箭頭鍵和左箭頭鍵）	調整時間、日期、嗶聲、檢測提醒和血糖過低警示的設定。	按下又放開◁或▷。 按下並**按住**◁或▷可更快速捲動。
	進入檢測值記錄。	按下又放開◁或▷。
	標記血糖檢測值。	按下又放開▷。

用指尖血液執行血糖檢測

備註

從手掌採集的血樣與從指尖採集的血樣具有同等效用。請聯絡客戶服務部以取得其它部位採血檢測法（AST）說明及從手掌採集血樣的AST筆蓋。

⚠ 警告

血糖檢測值可顯示為mg/dL或mmol/L。血糖機背面的標籤註明檢測的單位。如血糖機顯示錯誤的單位，請聯絡客戶服務部。如您不知道對您來說哪一種是正確的檢測單位，請聯絡您的專業醫護人員。使用錯誤的單位可能造成錯誤地解讀您真正的血糖濃度，並可能導致不合適的治療。



2 血糖檢測

執行首次血糖檢測前，請設定血糖機。準備用品：預先插入啟動牌的血糖機、一片試紙、採血筆及採血針。

1



洗淨並抹乾您的雙手。

2

準備採血筆。

3



檢查試紙瓶上的保存期限。

請勿使用過期的試紙。

4



依箭頭方向將試紙插入血糖機。

血糖機會自動開機並發出嗶聲。

5

當血滴符號閃爍時，以採血筆扎一下手指。

6



輕輕擠壓指尖，使血液容易流出。

使其凝聚成血滴。

7



將血滴觸碰試紙黃色反應區**前緣**。

請勿將血滴放在試紙上方。

血糖機發出嗶聲並且⌛閃爍時，表示試紙已經吸入足夠的血液。

52493_07214103001_ZHT.indb 10 6/18/14 4:06 PM

8

或

檢測值會顯示在顯示幕上。

若要標記此檢測值，讓試紙留在血糖機內。參閱第2章「標記血糖檢測值和設定餐後檢測提醒」。

若不需標記，則移除並丟棄用過的試紙。

檢測成功後，血糖機會在試紙移除後5秒內自動關閉。

用手掌、前臂或上臂的血液執行血糖檢測（其它部位採血檢測法AST）

您可選擇指尖以外身體其它部位採取血樣。其它部位可為手掌、前臂和上臂。

從指尖和手掌採集的血樣皆可隨時用來檢測血糖。

但從前臂或上臂所採集的血樣，有些時候並不適合作檢測血糖之用。這是因為指尖和手掌血液中的血糖濃度變化，較前臂和上臂血液中的血糖濃度變化更快。這種差異可能導致您錯誤地解讀您真正的血糖濃度，導致不合適的治療和潛在的不良健康影響。

從前臂或上臂採取血樣進行檢測之前，請先閱讀下一節。

52493_07214103001_ZHT.indb 12 6/18/14 4:06 PM

您可以用前臂或上臂的血液執行檢測	• 即時在餐前。 • 空腹時。
您不可以用前臂或上臂的血液執行檢測。	• 餐後2小時內，此時血糖值可能會快速升高。 • 注射胰島素追加量後，此時血糖值可能會快速降低。 • 運動後。 • 生病時。 • 如果您認為自己的血糖過低時（低血糖）。 • 如果您有時候不能覺察到自己的血糖過低。

如果您對其它部位採血檢測法（AST）感興趣，請先諮詢您的專業醫療人員。
請聯絡客戶服務部以取得AST筆蓋和其它部位採血檢測法（AST）的詳細說明。

標記血糖檢測值和設定餐後檢測提醒

您可以標記血糖檢測值來表示一個特殊的事件。檢測值記錄會自動儲存所選的檢測值標記。當您審閱儲存在記錄中的檢測值時，這些標記可以幫助您記起該次檢測和其他檢測值不同的原因。

符號	功能
	餐前標記 使用餐前標記來標記檢測值可以為您的檢測值提供更詳細的資訊。這能幫助您和您的專業醫護人員管理您的糖尿病。
	餐前標記附加餐後檢測提醒 如果標記了餐前標記附加餐後檢測提醒，血糖機會在血糖檢測1或2小時後發出嗶聲，提醒您進行餐後檢測。
	餐後標記 使用餐後標記來標記檢測值可以為您的檢測值提供更詳細的資訊。這能幫助您和您的專業醫護人員管理您的糖尿病。如果在設定餐後檢測提醒的嗶聲響起前或響起後15分鐘之內進行檢測，餐後標記會自動出現在檢測值旁。請在設定模式中將餐後檢測提醒設定為1或2個小時後。血糖機會在餐前檢測後1或2個小時之後發出嗶聲，提醒您進行餐後檢測。
*	**一般性標記** 您也可能會想使用一般性標記來標記一個特殊的事件，例如其它部位採血檢測法（AST）或是運動後的檢測值。

52493_07214103001_ZHT.indb 14 6/18/14 4:06 PM

以下說明如何標記檢測值，以及如何開啟餐後檢測提醒：

1. 執行血糖檢測。血糖檢測值顯示在顯示幕上。
2. 讓試紙留在血糖機內。按下又放開▷以便在檢測值標記和餐後檢測提醒之間切換。
3. 當您所要的標記或檢測提醒出現在顯示幕上時，將試紙從血糖機內移除。

異常的血糖檢測值

如果您的血糖檢測值不符合您自己的感覺，檢查以下項目將有助於解決問題。

排解疑難檢索	行動
1. 試紙是否已經過期？	請丟棄過期試紙。使用未過期的試紙再次檢測。
2. 試紙瓶蓋是否蓋緊？	如果您認為試紙瓶已有一段時間沒有緊閉，請更換另一瓶試紙。再次進行血糖檢測。
3. 試紙從試紙瓶取出後是否立即使用？	使用新的試紙再次進行血糖檢測。
4. 試紙是否存放在涼爽、乾燥環境下？	使用存放正確的試紙再次進行血糖檢測。
5. 您是否按照指示進行檢測？	請參閱第2章「血糖檢測」並再次進行血糖檢測。如果您還有疑問，請聯絡客戶服務部。
6. 血糖機和試紙功能是否正常？	執行質控檢測。相關說明，請參閱第4章「執行質控檢測」。
7. 您是否仍不確定問題在哪裡？	聯絡客戶服務部。

52493_07214103001_ZHT.indb 15 6/18/14 4:06 PM

低血糖或高血糖的症狀

知道低血糖或高血糖的症狀有助您瞭解檢測值，以及在這些異常狀況發生時決定如何處理。

血糖過低（低血糖）：低血糖的症狀包括：焦慮、顫抖、出汗、頭痛、飢餓感、暈眩感、膚色蒼白、心情突然改變或易怒、疲倦、注意力難集中、遲鈍笨拙、心悸及／或茫然困惑。

血糖過高（高血糖）：高血糖的症狀包括：口渴增加、頻尿、視力模糊、昏昏欲睡及／或原因不明的體重下降。

⚠ 警告

如果您有上述任何一種症狀或是其他不常見的症狀，請從您的指尖或手掌採血檢測血糖。如果血糖檢測值顯示為「LO」（低）或「HI」（高），請立即與您的專業醫護人員聯繫。

52493_07214103001_ZHT.indb 16 6/18/14 4:06 PM

儲存血糖檢測和質控檢測值

血糖機自動儲存最多500個血糖檢測值和20個質控檢測值。您可隨時檢視這些帶有檢測時間、日期和任何檢測值標記的檢測值。檢測值儲存的順序是由新至舊，所以您必須正確設定血糖機的時間與日期。正確的時間與日期設定有助於您和您的糖尿病照護團隊正確解讀儲存的血糖檢測值。

備註

- 更換電池時已記錄的檢測值不會遺失，但於更換電池後，請確認時間與日期是正確的。請參閱第3章「設定時間與日期」。
- 儲存500個檢測值後，如新增一個檢測值，則最早的一個檢測值會被刪除。
- 如果90天之內進行了超過500次的檢測，只有最近的500個檢測值會被包括在90天的平均值中。
- 質控檢測值會儲存在檢測值記錄內，但不能在血糖機上檢視。若要檢視質控檢測值，必須先將其傳輸到相容的軟體應用程式上。請聯絡羅氏查詢產品供應情況。
- 質控檢測值不包含在7天、14天、30天及90天的平均檢測值中。
- 只有標記為餐前或餐後的檢測值會被包括在餐前和餐後的平均檢測值中。所有的血糖檢測值都會被包括在一般性的7天、14天、30天和90天的平均檢測值中。

52493_07214103001_ZHT.indb 17 6/18/14 4:06 PM

檢視血糖檢測值記錄

無論血糖機開機或關機，按壓又放開◁或▷即可進入檢測值記錄。最近的檢測值會出現在顯示幕上。

按鍵	功能	行動
◁（左箭頭鍵）	過去的檢測值	按下◁即可依序檢視從最近到最早的檢測值。 memory 6:00pm 12-11 ▶ memory 2:30pm 12-11 ▶ memory 8:30am 12-11
▷（右箭頭鍵）	一般性的平均檢測值	按下▷即可檢視7天、14天、30天和90天的平均檢測值。 n = 平均值所包括的檢測次數 memory n 21 7day ave ▶ memory n 42 14day ave ▶ memory n 89 30day ave
▷（右箭頭鍵）	餐前平均檢測值 餐後平均檢測值	繼續按下▷即可檢視7天、14天、30天和90天的餐前和餐後平均檢測值。

⚠ 警告

請勿根據檢測值記錄中單次的個別血糖檢測值而改變您的糖尿病治療方式。根據記錄中的檢測值改變治療方式之前，請諮詢您的專業醫療人員。

52493_07214103001_ZHT.indb 18 6/18/14 4:06 PM

使用設定模式

以下是可讓您自訂的功能。

符號	功能	行動	出廠時設定
	時間與日期	設定時間與日期。	
	嗶聲	選擇「On」（開啟）或「OFF」（關閉）。將嗶聲設定為「OFF」（關閉）不會影響檢測值。 嗶聲必須設為「On」（開啟）才可使用提醒功能。	On
	餐後檢測提醒	選擇1或2小時。 血糖機會在餐前檢測後1或2個小時之後發出嗶聲，提醒您進行餐後檢測。	2Hr
	檢測提醒	選擇「On」（開啟）或「OFF」（關閉）。每天最多可設定4個檢測提醒。	A-1 8:00 am（早上） A-2 12:00 pm（中午） A-3 6:00 pm（下午） A-4 10:00 pm（晚上）
	血糖過低警示	選擇「On」（開啟）或「OFF」（關閉）。血糖過低警示可設定在50和90 mg/dL或2.8和5.0 mmol/L之間，使您能知道您的血糖濃度可能過低。	OFF

設定時間與日期

1

按下又放開◉（開關／設定鍵）以開啟血糖機。

顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

2

按下並**按住**◉直到顯示幕上出現**set-up**（設定）為止。

接著小時會閃爍。

3

按下又放開◁或▷以減少或增加小時數值。

按下又放開◉以確認小時。

隨後分鐘開始閃爍。

4

重複步驟3來調整和設定分鐘、am/pm（上午／下午）、日、月和年。

按下又放開◉即可設定其它選項。

要離開設定模式，按下並**按住**◉直到顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

設定嗶聲「On」（開啟）或「OFF」（關閉）

備註

嗶聲可提醒您：

- 將血液或質控液沾到試紙上。
- 已有足夠的血液或質控液沾到試紙。
- 已完成血糖或質控檢測。
- 已按下按鍵。
- 進行檢測的時間已到（在已設定檢測提醒，或餐後檢測提醒的情況下）。
- 在血糖或質控檢測時發生錯誤（即使嗶聲設定為「OFF」，血糖機仍會發出嗶聲提醒您發生錯誤）。

1

按下又放開◉以開啟血糖機。

顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

按下並**按住**◉直到顯示幕上出現set-up（設定）為止。

2

按下又放開◉數次，直到顯示幕上出現閃爍的嗶聲符號和「On」（開啟）或「OFF」（關閉）為止。

3

按下又放開◁或▷即可在「On」（開啟）和「OFF」（關閉）之間切換。

按下又放開◉即可設定其它選項。

要離開設定模式，按下並**按住**◉直到顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

設定餐後檢測提醒

備註

餐後檢測提醒：

- 血糖檢測後1或2小時提醒您進行餐後檢測。
- 每2分鐘發出一次嗶聲，最多發出3次。
- 插入一片試紙或按下任何按鍵即可關閉嗶聲。
- 若在檢測提醒前15分鐘內進行檢測，則不會再發出嗶聲提醒。
- 若在檢測提醒時間到時血糖機已開機，則不會再發出嗶聲提醒。
- 血糖機暴露在極冷的環境下可能會使檢測提醒功能停止，直到血糖機開機後功能才會恢復。

1

按下又放開◉以開啟血糖機。

顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

按下並**按住**◉直到顯示幕上出現**set-up**（設定）為止。

2



按下又放開◉數次，直到顯示幕出現「**set-up**」（設定）和閃爍的「**1Hr**」（1小時）或「**2Hr**」（2小時）為止。

3

按下又放開◁或▷即可選擇「**1Hr**」（1小時）或「**2Hr**」（2小時）。

按下又放開◉以確認此項。

按下又放開◉即可設定其它選項。

要離開設定模式，按下並**按住**◉直到顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

若餐後檢測提醒發生，則會出現此顯示。

設定檢測提醒

備註

檢測提醒：

- 每天在同一時間發出嗶聲提醒。
- 每2分鐘發出一次嗶聲，最多發出3次。
- 插入一片試紙或按下任何按鍵即可關閉嗶聲。
- 若在檢測提醒前15分鐘內進行檢測，則不會再發出嗶聲提醒。
- 若在檢測提醒時間到時血糖機已開機，則不會再發出嗶聲提醒。
- 血糖機暴露在極冷的環境下可能會使檢測提醒功能停止，直到血糖機開機後功能才會恢復。
- 若有一檢測提醒在設定模式中被設為「OFF」（關閉），則其後的提醒也會被設為「OFF」（關閉）。例如，如果您設定了A-1但關閉了 A-2，則A-3和A-4會自動設為「OFF」（關閉）。

1

按下又放開◉以開啟血糖機。

顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

按下並**按住**◉直到顯示幕上出現**set-up**（設定）為止。

2



按下又放開◉數次，直到顯示幕上出現鬧鈴符號、「OFF」（關閉）、「set-up」（設定）和閃爍的「A-1」為止。

3

按下又放開◁或▷即可在「On」（開啟）和「OFF」（關閉）之間切換。

按下又放開◉以確認您的選擇。

若選擇「On」（開啟），則小時會閃爍。

4

按下又放開◁或▷即可調整小時。

按下又放開◉以確認小時。

隨後分鐘開始閃爍。

5	6	7
按下又放開◁或▷即可選擇00、15、30或45分鐘。只有這些選擇。 按下又放開◉以確認分鐘。 顯示幕上閃爍「am」（上午）或「pm」（下午）。	按下又放開◁或▷即可在「am」（上午）或「pm」（下午）之間切換。 按下又放開◉以確認「am」（上午）或「pm」（下午）。 鬧鈴符號、「OFF」（關閉）和閃爍的「A-2」出現在顯示幕上。	可以設定A-2檢測提醒，或是按下又放開◉來設定其他選項。 要離開設定模式，按下並**按住**◉直到顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

設定血糖過低警示

⚠ 警告

- 此功能不可取代專業醫護人員為您提供的低血糖訓練。
- **使用者：**設定血糖過低警示之前，請先諮詢專業醫護人員，以協助您判定哪個血糖濃度是自己的血糖過低濃度。
- **專業醫護人員：**低血糖濃度可能人人不同。因此，建議在專業醫療場所使用血糖機時，將血糖過低警示功能設定為OFF（關閉）。

1

按下又放開◉以開啟血糖機。

顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

按下並**按住**◉直到顯示幕上出現set-up（設定）為止。

2



按下又放開◉數次，直到顯示幕上出現「set-up」（設定）、「OFF」（關閉）和閃爍的⏲為止。

3

按下又放開◁或▷即可在「On」（開啟）和「OFF」（關閉）之間切換。

按下又放開◉以確認您的選擇。

若選擇「On」（開啟），則「set-up」（設定）出現⏲閃爍。

4

按下又放開◁或▷即可調整血糖濃度。

按下又放開◉即可確認血糖濃度。

要離開設定模式，按下並**按住**◉直到顯示幕上出現閃爍的試紙符號。

設定模式於此完成。

將檢測值傳輸到電腦

我們提供多種軟體來幫助您傳輸您的檢測值。請聯絡客戶服務部取得Accu-Chek軟體的資訊。

您可將儲存的檢測值傳輸到電腦，以便追蹤、辨識模式及列印。

⚠ 警告

由於無法辨別個別患者的檢測值，因此不建議將多位患者所共用的血糖機的資料傳輸到電腦。

使用專用軟體和紅外線接收器（需另外購買）直接傳輸資料到電腦

1. 依照使用說明安裝所需的軟體。
2. 要將檢測植值傳送到電腦，請依照使用說明連接紅外線接收器（需另外購買）。
3. 執行軟體程式，依照資料傳輸的相關說明進行操作。確定軟體已準備好接收血糖機的資料。
4. 血糖機在關機狀態下，同時按下並**按住**◁和▷，直到顯示幕上出現兩個交替閃爍的箭頭。
5. 找到血糖機頂端的紅外線傳輸埠。
6. 找到紅外線接收器的紅外線傳輸埠。
7. 將血糖機放在平坦的表面上。對齊兩者的紅外線傳輸埠。兩者距離應為3到10公分。
8. 資料傳輸時，請勿移動紅外線接收器或血糖機。
9. 遵照軟體上的提示操作。
10. 資料傳輸完成後，軟體程式可能會自動將血糖機關機。該情形若出現，請遵照電腦顯示幕上的提示操作。

備註

- 如果未能順利傳輸資料，請再試一次。如果您還有疑問，請聯絡客戶服務部。
- 為了能發揮傳輸功能的最大效用，請務必正確設定血糖機的時間與日期。

52493_07214103001_ZHT.indb 26 6/18/14 4:06 PM

什麼時候要執行質控檢測

執行質控檢測可讓您瞭解血糖機與試紙的功能是否正常。您應在下列情況發生時執行質控檢測：

- 開啟一盒新試紙。
- 試紙瓶開啟後沒有關上。
- 您認為試紙已經受損。
- 您想檢查血糖機與試紙的性能。
- 試紙存放在極端的溫度和／或濕度環境下。
- 血糖機掉落到地上。
- 您的血糖檢測值與您感覺不符。
- 您想檢查自己是否正確檢測血糖。

關於質控液

- 僅可使用 Accu-Chek Performa（羅氏卓越）質控液。
- 使用後請蓋緊質控液瓶子。
- 在質控液瓶身標籤上記錄打開質控液瓶的日期。質控液必須在開瓶日期3個月後（丟棄日期）丟棄，或是瓶子標籤上的保存期限後丟棄，兩者以先到者為準。
- 請勿使用過期或超過丟棄日期的質控液。
- 請參閱質控液說明書上有關質控液的存放條件。註：如需執行質控檢測，請聯絡客戶服務部。
- 您的血糖機會自動辨識質控液和血樣的區別。
- 質控液的檢測值不會顯示在檢測值記錄中。
- 質控液會沾染紡織品。請使用肥皂與清水清洗。

52493_07214103001_ZHT.indb 27 6/18/14 4:06 PM

執行質控檢測

預先插入啟動牌的血糖機、一片試紙、質控液編號1和／或2。試紙瓶標籤上有質控液編號。

1

檢查試紙瓶上的保存期限。請勿使用過期的試紙。

2



依箭頭方向將試紙插入血糖機。

將血糖機放在平坦的表面上。

3

選擇檢測要用的質控液。檢測後您須輸入質控液編號（1或2）。

4

打開質控液瓶子的瓶蓋。用面紙擦拭瓶口。

擠壓瓶子，直到質控液在瓶口形成一小滴為止。

5

讓小滴碰觸試紙黃色反應區的**前緣**，直到看到閃爍。

請勿將質控液滴在試紙上方。

看到閃爍時，表示試紙已經吸入足夠的質控液。

6

用面紙擦拭瓶口。蓋緊蓋子。

7

（範例）

按一下▷可標記質控液的檢測值為質控液編號1。再按一下▷可標記質控液的檢測值為質控液編號2。

質控液的檢測值、質控液瓶符號和閃爍的「L」出現在顯示幕上。請先不要取出試紙。

8

（範例）

按下又放開◉以在血糖機上確認質控編號。

如果檢測值在可接受範圍之內，則顯示幕上會交替顯示「OK」和質控檢測值。如果檢測值超出可接受範圍，則顯示幕上會交替顯示「Err」和質控檢測值。

移除並丟棄用過的試紙。

檢測成功後，血糖機會在試紙移除後5秒內自動關閉。

瞭解超出範圍的質控檢測值

⚠ 警告

試紙瓶標籤上有質控液檢測值可接受範圍。如果質控檢測值超出可接受範圍，請檢查以下事項以解決問題：

排解疑難檢索	行動
1. 試紙或質控液是否過期？	其中任何一樣過期，請將其丟棄。如果質控液開封超過3個月以上，請將其丟棄。使用未過期的試紙和未過期的質控液，再進行一次質控檢測。
2. 您在使用質控液之前，是否已用面紙擦拭瓶口處？	用面紙擦拭瓶口。使用新的試紙與新的一小滴質控液，再進行一次質控檢測。
3. 試紙瓶蓋與質控瓶蓋是否一直保持在蓋緊狀態？	如果您覺得試紙或質控液瓶已有一段時間沒有蓋緊，請更換試紙或質控液。再進行一次質控檢測。
4. 試紙從試紙瓶取出後是否立即使用？	使用新的試紙與新的一小滴質控液，再進行一次質控檢測。
5. 試紙與質控液是否存放在涼爽乾燥的環境中？	使用正確存放的試紙或質控液，再進行一次質控檢測。
6. 您是否按照指示進行檢測？	請參閱第4章「質控檢測」，然後再次檢測。
7. 您在執行質控檢測時，是否選擇正確的質控液編號（1或2）？	如果選擇了錯誤的質控液，您仍可將檢測值與試紙瓶上列示的範圍進行比對。
8. 您是否仍不確定問題在哪裡？	聯絡客戶服務部。

52493_07214103001_ZHT.indb 30 6/18/14 4:06 PM

血糖機維修

每次開機時，血糖機都會自動檢查系統的功能是否正常，如有異常，血糖機會告知您。請參閱第5章「顯示幕訊息與錯誤訊息」。

如果您將血糖機掉落在地上，或您認為檢測值不正確，請與客戶服務部聯繫。

更換電池

用你的拇指將電池盒推出血糖機。



移除舊電池，將新電池放入電池盒，**(+)面朝下**。

將電池盒推回原位，直到卡入定位為止。

開機後，血糖機會提醒您確認血糖機的時間和日期設定。

備註

- 血糖機使用兩顆3伏特的鈕扣型鋰電池，型號為CR2032。許多商店都有此類型電池可購。備妥備用電池是明智之舉。
- 務必同時更換兩顆相同品牌的電池。

清潔血糖機

血糖機要注意防塵。如果有需要清潔或消毒血糖機，請仔細遵守以下指導原則，這有助於維持血糖機的最佳狀態。

⚠ 警告

- 不可讓任何液體進入血糖機的縫隙內。
- 不可將清潔溶劑直接噴灑在血糖機上。
- 不可將血糖機放入液體中。

1. 確定血糖機在關機狀態下。
2. 使用下列的任一種清潔溶劑濕潤軟布，然後輕輕地以微濕的軟布（擰出任何多餘液體）擦拭血糖機表面：
   - 70 %的火酒
   - 以水稀釋的中性洗碗精
   - 當天稀釋的10 %家用漂白水（漂白劑與清水比例為1:9）

52493_07214103001_ZHT.indb 32 6/18/14 4:06 PM

顯示幕訊息與錯誤訊息

⚠ 警告

- **絕對不要根據錯誤訊息做出治療決定。**
- 如果您有任何疑慮，或您看到任何其他錯誤訊息，請與客戶服務部聯繫。

顯示幕	行動
血糖機無法開機或螢幕顯示空白。	• 電池沒電。請放入新電池。 • 顯示幕受損。聯絡客戶服務部。 • 血糖機損壞。聯絡客戶服務部。 • 極端的環境溫度。請將血糖機移往溫度較正常的地方。
	電池電力不足。請盡快更換電池。
set-up 10:38 am 12-11	血糖機處於設定模式，正等候您變更或確認設定。
	血糖機已準備好讓您插入試紙。
	血糖機已準備好接受一滴血液或質控液。
HI	血糖濃度可能高於系統可檢測的範圍。請參閱第2章「異常的血糖檢測值」。
LO	血糖濃度可能低於系統可檢測的範圍。請參閱第2章「異常的血糖檢測值」。
!	血糖低於設定的血糖過低濃度。請參閱第2章「異常的血糖檢測值」。
*	此檢測值已設定為一般性標記。
	此檢測值已設定為餐前標記。

顯示幕	行動
	此檢測值已設定為餐後標記。
	此檢測值已設定為餐前標記，並啟動了餐後檢測提醒功能。
10:38 am 12-11 code	未插入啟動牌。關閉血糖機並插入啟動牌。如您需要啟動牌，請聯絡客戶服務部。
code exp	使用白色密碼牌的血糖機有可能出現這則訊息。這表示這些試紙將於本月底過期。月底時請丟棄啟動牌及任何剩餘的試紙。插入一個黑色啟動牌。確認血糖機的時間、日期正確。
E-1	試紙可能已經受損，或是沒有正確插入。移除試紙再重新插入。如果試紙已經受損，請再插入一片新的試紙。
E-2	啟動牌不正確。關閉血糖機並插入新的啟動牌。如您需要啟動牌，請聯絡客戶服務部。

E-3	您的血糖可能非常高或發生了血糖機或試紙錯誤。
	• 如果檢測值證實了您的感覺，請立即聯絡專業醫護人員。
	• 如果檢測值與您的感覺不符，請再次檢測血糖。請參閱第2章「異常的血糖檢測值」。
	  • 如果在血糖檢測時仍出現E-3符號，您的血糖可能非常高且超過系統的讀取範圍。**請立即聯絡專業醫護人員。**
	  • 如果第二次檢測值不符合您自己的感覺，請用質控液和一片新的試紙進行質控檢測。
	  • 如果質控檢測值在可接受的範圍內，檢視檢測步驟是否正確並再使用新的試紙重新進行血糖檢測。
	  • 如果質控檢測值超出可接受的範圍，參考第4章「瞭解超出範圍的質控檢測值」。

顯示幕	行動
E-4	試紙吸入的血量或質控液量不足，或在開始檢測後才沾血或質控液。丟棄試紙並重新進行血糖或質控檢測。
E-5	使用白色密碼牌的血糖機有可能出現這則訊息。這表示白色密碼牌來自過期批號的試紙。關閉血糖機並插入黑色啟動牌。確認血糖機的時間、日期正確。
E-6	閃爍的血滴符號顯示在顯示幕前，就已將血液或質控液沾到了試紙上。丟棄試紙並重新進行血糖或質控檢測。
E-7	電子故障，或偶爾也可能出現用過的試紙被取出後又重新放入的情況。關閉血糖機再重新打開或將電池拆下，20秒後再重新裝上。執行血糖或質控檢測。
E-8	溫度低於或高於合適的檢測溫度。參考試紙包裝內的說明書上的系統操作條件。移到符合操作條件的環境，等5分鐘過後再重新進行血糖或質控檢測。請勿刻意將血糖機加熱或降溫。
E-9	電池量幾乎耗盡。請立即更換電池。若更換電池後該訊息又再次出現，先將電池盒推出血糖機，然後按壓任何一個血糖機按鍵，再將電池盒推入定位。
E-10	時間與日期設定可能不正確。若有需要，請檢查時間與日期是否正確，如有需要請作出調整。

52493_07214103001_ZHT.indb 36 6/18/14 4:06 PM

產品限制

請閱讀試紙及質控液包裝隨附說明書，以取得產品規格與限制的最新資訊。

規格	
血量 檢體類型 檢測時間 檢測範圍 試紙存放條件 系統操作條件 操作環境相對濕度範圍	請參閱試紙包裝隨附說明書。
血糖機存放條件	溫度：-25-70 ˚C
檢測值記錄容量	500個血糖檢測值和20個質控檢測值。這些檢測值帶有檢測時間和日期。
自動關機	2分鐘
電源	兩顆3伏特的鈕扣型鋰電池（型號為CR2032）。
顯示幕	液晶顯示
尺寸	69 × 43 × 20 公釐（長寬高）
重量	約40公克（含電池）
結構	攜帶式
觸電防護等級	III
血糖機類型	Accu-Chek Performa Nano血糖機適宜長時間持續操作。
質控液存放條件	請參閱質控液包裝隨附說明書。

電磁兼容性 – 本血糖機符合EN ISO 15197附件A要求的電磁抗擾性標準，其所選的靜電放電抗擾度試驗基準為IEC 61000-4-2基本標準。此外，本血糖機也符合EN 61326所要求的電磁輻射標準。因此本血糖機的電磁輻射極低。本血糖機使用時，預期不會對其他電子驅動設備造成干擾。

性能分析 – 請參閱試紙包裝隨附說明書。

檢測原理 – 請參閱試紙包裝隨附說明書。

產品安全性資訊

⚠ 警告

- 有窒息危險。小配件請保存於3歲以下孩童接觸不到的地方。
- 電磁場若過於強大，會干擾血糖機的正確運作。請勿在強烈電磁輻射源附近的地方使用本血糖機。
- 為了避免產生靜電放電，請勿在非常乾燥的環境中使用本血糖機，特別是在有人工合成材料的環境中。

血糖機丟棄處理

⚠ 警告

- 在血糖檢測期間，血糖機本身可能接觸到血液。因此，使用過的血糖機具有傳染疾病的風險。丟棄處理血糖機之前，請移除所有的電池。請依據當地法例丟棄處理血糖機。有關丟棄處理規定的資訊，請向當地相關機構查詢。
- 血糖機不在歐盟2002/96/EC指令「電氣電子設備報廢指令（WEEE）」的規範範圍內。
- 請依據當地環境法規丟棄處理用過的電池。

52493_07214103001_ZHT.indb 38 6/18/14 4:06 PM

符號說明

下列符號可能出現在包裝、儀器名牌以及Accu-Chek Performa Nano血糖機使用者手冊上。

	參考使用說明
	請注意，務必參閱本產品隨附的使用者手冊裡有關安全方面的備註說明。
	溫度限制（保存於）
	製造廠
REF	物料型號
IVD	體外診斷醫療器材
CE 0088	本產品符合歐盟體外診斷用醫療裝置指令98/79/EC的規定。
	3伏特鈕扣型電池型號CR2032

52493_07214103001_ZHT.indb 39 6/18/14 4:06 PM

保証

適用購買地國家法定的消費產品銷售保證條款。

其他用品

試紙

Accu-Chek Performa（卓越）試紙

質控液

Accu-Chek Performa（卓越）質控液

專業醫護人員注意事項

⚠ 警告

專業醫護人員：請依照貴機構的疾病感染控制程序進行作業。其它專業醫療人員資訊，請參閱試紙説明書。

52493_07214103001_ZHT.indb 40 6/18/14 4:06 PM

檢體處理

處理受到血液污染的物品時，務必戴上手套。請務必遵循處理可能受到人體物質污染物品的一般程序。請按照您所在實驗室或醫療機構的衛生和安全規定操作。請依據貴機構政策準備好選擇的採集血樣部位。

其它有關可接受的樣本類型、抗凝血劑以及操作方面的指示資訊，請參閱試紙包裝隨附說明書。

向患者建議其它部位採血檢測法（AST）

決定是否建議患者採用其它部位採血檢測法（AST）時，應考慮患者的積極性與知識水準，以及對糖尿病與其它部位採血檢測法相關注意事項的理解能力。如果您考慮建議患者使用其它部位採血檢測法，您必須瞭解，從指尖或手掌採血與從前臂或上臂採血檢測，其血糖濃度可能會有顯著的不同。微血管中與全身血液流通的不同部位上的血糖濃度會有差異，這是導致採集不同部位血樣檢測值會有差異的原因。這些生理效應因人而異，甚至在同一個人身上也會因單一個人的行為與相對產生之生理狀況不同而有所不同。

從我們對罹患糖尿病的成人使用其它部位採血檢測法的研究發現，大多數人指尖或手掌血液中血糖濃度的變化比前臂或上臂血液中血糖濃度的變化更快。*這在血糖濃度急遽上升或下降時特別明顯。如果您的患者一向根據指尖或手掌血液的檢測值作出治療方案，則在從前臂或上臂採血檢測採血時應考慮，所取得的檢測值是否受到血糖濃度變化延遲（即遲滯時間）的影響。

*內部存檔資料

52493_07214103001_ZHT.indb 42 6/18/14 4:06 PM

A
按鍵，開關／設定 5, 8
B
保存期限 7, 27
保証 40
嗶聲，設定 21
標記檢測值 14
C
餐後標記， 14
餐後檢測提醒， 14
餐前標記， 14
產品安全性資訊 38
產品規格 37
產品限制 37
錯誤訊息 34
D
低血糖 16
電池，更換 31
電池，安裝 31
電池盒， 5, 31
電池型號 31, 37
電腦，將檢測值傳輸到 26
F
符號 39
G
高血糖 16
J
技術資訊 37
檢測值記錄，血糖機 17
檢測提醒，設定 23
檢查顯示幕，8
Q
其它部位採血檢測法（AST） 12, 41
其他用品 40
清潔血糖機 32
S
設定，血糖機 19
時間與日期，設定 20
試紙 7
W
維修，血糖機 31
X
顯示幕訊息， 33
血糖機，丟棄 38
血糖機，清潔 32

血糖檢測 10
血糖檢測值，異常 15
血糖過低 16
血糖過低警示，設定 25
血糖過高 16
Y
一般性標記 14
疑難排解 33
Z
症狀，低血糖／高血糖 16
質控檢測值，瞭解超出範圍的 30
質控檢測，執行 28
質控液 27
專業醫護人員 40

52493_07214103001_ZHT.indb 44 6/18/14 4:06 PM

Distributed by:
Roche Diagnostics Australia Pty. Ltd.
31 Victoria Avenue, Castle Hill
NSW 2154, **Australia**
ABN 29 003 001 205
Accu-Chek Enquiry Line: 1800 251 816
www.accu-chek.com.au
For training videos, visit www.youtube.com/accuchek

Productos Roche S.A.Q. e I.
(División Diagnóstica)
Av. Belgrano 2126 Don Torcuato
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires
República Argentina
0800-333-6081 o 0800-333-6365
www.accu-chek.com.ar

Roche Chile Limitada
Avda. Quilín 3750
Macul, Santiago
Chile
Línea Gratuíta: 800 471 800
Oficina Atención al Cliente:
Avda. Providencia 2653, local 24, Santiago
www.accu-chek.cl

Productos Roche S.A.
Carrera 44 No. 17-21
Santa Fé de Bogotá, D.C. **Colombia**

Productos Roche Q.F.S.A
Calle Dionisio Derteano 144, Oficina 1301
San Isidro, Lima 27
Perú
Centro de Atención al Cliente: 0800 00 888
y/o 618 8930
www.accu-chek.com.pe

Importado y Distribuido por:
Productos Roche S.A.
Diagnostics Division
Edificio Roche
Avenida Diego Cisneros
Los Ruices
Caracas 1071
Tlf. 58 212 2734611
Venezuela
RIF: J-00044058-1
Representante Legal Dra. Hildegard Aepli de Ortega

Roche International Ltd.
Solferino 4096
P.O. Box 6468
11400 Montevideo
Uruguay

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729 – Prédio 38
CEP: 05321-010 – Jaguaré – São Paulo – SP,
Brasil
CNPJ: 30.280.358/0001-86
Responsável técnico: Fátima Maria Marques Pereira – CRF/SP 13.607
Central de Relacionamento Accu-Chek
Responde: 0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
Registro ANVISA: 10287410821, 10287410897

羅氏診斷（香港）有限公司
香港新界葵涌興芳路223號
新都會廣場一座17樓
客戶服務熱線：+852-2485 7512（辦公時間）
www.accu-chek.com.hk

Roche Diagnostics (Hong Kong) Limited
Level 17, Tower 1, Metroplaza
223 Hing Fong Road, Kwai Chung
New Territories
Hong Kong
Enquiry hotline: +852-2485 7512 (office hours)
www.accu-chek.com.hk

PT. Roche Indonesia
Divisi Diagnostik
Gedung Artha Graha, Lantai 21
Sudirman Central Business District - Lot 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Indonesia
Phone: 021-30413000
Hotline: 0-800-1-222-999
www.roche.co.id

서울특별시 강남구
테헤란로 108길 22 서경빌딩 2층
한국로슈진단㈜
아큐-첵 서비스센터
무료상담전화: 080-909-2222 /
월-금 오전 8시 30분-오후 5시 30분
www.accu-chek.co.kr

Roche Diagnostics Korea Co., Ltd.
Accu-Chek Service Center
2F. Seokyoung Bldg.
22 Teheranro 108-gil
Gangnam-gu
Seoul 135-280
South Korea
Tel: 080-909-2222 (N/A international call)
www.accu-chek.co.kr

Roche Diagnostics (M) Sdn Bhd
2A, Jalan 13/1
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Toll-Free Line: 1-800-88-1313

Roche Diagnostics Asia Pacific Pte. Ltd.
298 Tiong Bahru Road
#11-01 Central Plaza
Singapore, 168730
Accu-Chek ExtraCare line: 6272 9200
www.accu-chek.com.sg
sg.accu-chek@roche.com

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd
18th Floor, Rasa Tower
555 Phaholyothin Road
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Customer Service Line: +66 (0) 2791 2222

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 18 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900 ประเทศไทย
แอคคิว-เช็ค คอลเซ็นเตอร์ 02-7912222

LAST UPDATE: 2013-05
FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 2013-05
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2013-05
最近更新日期：2013-05

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

IVD CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA, and PERFORMA NANO are trademarks of Roche.

© 2014 Roche Diagnostics
07214103001-0214